

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Název veřejné zakázky:

Dodávka inkubátorů

Název části veřejné zakázky:

Dodávka inkubátorů 2

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 12. 5. 2021

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 2 „zadávací dokumentace - Technické podmínky“ uvádí: „Inkubátor pro nedonošené novorozence vhodný pro intenzivní péči, kde součástí bude monitoring životních funkcí.“

Dle sbírky zákona č. 92/2012, vyhlášky o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče je v rámci požadavku na vybavení intenzivní péče pro děti monitoring životních funkcí definován takto:

2.2. Intenzivní péče o děti (nižší stupeň intenzivní péče) - Monitor vitálních funkcí (EKG/Resp, NIBP, SpO2)

Uchazeč předpokládá, že monitoring životních funkcí zmíněný v ZD musí splňovat požadavky citovaného odstavce vyhlášky, tedy měřit minimálně EKG/Resp, NIBP a SpO2.

Je tento předpoklad správný?

Odpověď

Zadavatel potvrzuje, že uchazeč pochopil požadavek zadavatele správně, že monitoring musí splňovat požadavky sledovaných parametrů citovaného odstavce vyhlášky, včetně měření teploty, která je z hlediska klinické praxe nezbytná.

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.