



# PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE - oprava

v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Zadavatel zveřejňuje opravu písemné zprávy zadavatele. V původní písemné zprávě jsou chybně uvedeni účastníci zadávacího řízení a vyloučený účastník. Chyby v původní zprávě byly způsobeny přepisem písemných zpráv. Opravené části oproti původní zprávě jsou zvýrazněny červeně.

Název veřejné zakázky:	Laboratorní přístrojové vybavení 7, část 2
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

## 1 Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, Pardubice
IČO:	27520536

## 2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů na oddělení klinické biochemie, kardiologie a patologie zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do všech částí zadávacího řízení nebo případně pouze do jedné či více částí zadávacího řízení veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky je samostatnou částí zadávacího řízení, a veškeré kroky pro ni proběhnou samostatně dle zákonných pravidel. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva. Bližší specifikace v rámci ZD.

## 3 Cena sjednaná ve smlouvě

Smlouva byla uzavřena se sjednanou cenou ve výši 174 000,- Kč bez DPH.

## 4 Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

## 5 Označení účastníků zadávacího řízení



Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
1	IntesBohemia, s.r.o.	Vodičkova 44, Praha 11209	48110639
2	bamed s.r.o.	č.p. 32, 370 01 Litvínovice	62525638
3	ZENA-R, spol. s r.o.	Karolíny Světlé 540/6, 370 04 České Budějovice	62502689

## 6 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
bamed s.r.o. - společnost s ručením omezeným	Litvínovice 32, 370 01 Litvínovice	62525638

Odůvodnění:

Hodnotící komise při posouzení splnění technických parametrů nabízeného plnění zjistila, že nabídka účastníka bamed s.r.o. - společnost s ručením omezeným nespĺňuje zadavatelem stanovené podmínky zadání. Konkrétně se jedná o níže uvedený parametr.

Teplotní rozsah min. +20 až +95 °C	ANO	+30 až +99 °C
------------------------------------	-----	---------------

Vzhledem ke skutečnosti, že účastník nabídl jinou hodnotu, než zadavatel stanovené hodnoty doporučila hodnotící komise vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel přijal doporučení hodnotící komise.

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
ZENA-R, spol. s r.o.	Karolíny Světlé 540/6, 370 04 České Budějovice	62502689

Odůvodnění:

Hodnotící komise při posouzení splnění technických parametrů nabízeného plnění zjistila, že nabídka účastníka ZENA - R, spol. s r.o. nespĺňuje zadavatelem stanovené podmínky zadání. Konkrétně se jedná o níže uvedený parametr.

Teplotní rozsah min. +20 až +95 °C	ANO	+20°C až +90°C
------------------------------------	-----	----------------

Vzhledem ke skutečnosti, že účastník nabídl jinou hodnotu, než zadavatel stanovené hodnoty doporučila hodnotící komise vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel přijal doporučení hodnotící komise.



## 7 Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
1	IntesBohemia, s.r.o.	Vodičkova 44, Praha 11209	48110639

## 8 Odůvodnění výběru dodavatele

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jedinou nabídku zařazenou do fáze hodnocení v daném zadávacím řízení, neprováděla komise hodnocení nabídek a doporučila zadavateli přidělení dané zakázky účastníkovi IntesBohemia, s.r.o.

## 9 Označení poddodavatelů vybraného dodavatele

Žádná část veřejné zakázky není plněna prostřednictvím poddodavatele nebo není známa.

## 10 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů.