



Pardubický kraj
Krajský úřad

č.j. KrÚ 43699/2014

Dodatečná informace č. 2

pro otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky:	„Svitavská nemocnice, a.s. – modernizace a přístavba psychiatrického oddělení- dodávka lékařské technologie a drobné lékařské technologie“ Část 3 – Zdravotnická lůžka
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČ:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Mgr. Pavel Menšíl

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje zadavatel následující dodatečné informace
na základě dotazu jednoho z dodavatelů:

Dotaz č. 1

T-6010 Zadavatel uvádí v popisu matrace nosnost do 200 kg, 3- zónová.

*Umožní zadavatel nabídku jednostranné matrace s nosností do 250 kg s příčným prořezem
pro lepší proudění vzduchu v matraci bez zónování, při dodržení ostatních požadavků ze
zadání?*

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel ustupuje od požadavku na 3-zónovou matraci, ostatní parametry platí.

Dotaz č. 2

*T-6015 Zadavatel uvádí v popisu matrace nízké riziko vzniku dekubitu, oboustranná, 3-
zónová.*

*U oboustranných matrací vzniká v pečovatelské a nemocniční sféře zpravidla problém s tím,
že dojde k otočení matrace bez převlečení potahu matrace a tím dojde k odkrytí zipu potahu
matrace, který má okapničku z jedné strany. Takto pak dochází k zatečení tekutin do
matrace a jejímu znečištění a znehodnocení.*

*Umožní zadavatel nabídku kvalitních jednostranných matrací ze studené pěny s prořezem a
pěti anatomickými zónami, pro ochranu uživatelů s nízkým a středním rizikem vzniku
dekubitů (I.– II. stupně)?*

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel ustupuje od požadavku na oboustranné provedení matrace.

Dotaz č. 3

T-6017 Zadavatel uvádí v popisu matrace vysoké riziko vzniku dekubitu, oboustranná, 3-zónová. U oboustranných matrací vzniká v pečovatelské a nemocniční sféře zpravidla problém s tím, že dojde k otočení matrace bez převlečení potahu matrace a tím dojde k odkrytí zipu potahu matrace, který má okapničku z jedné strany. Takto pak dochází k zatečení tekutin do matrace a jejímu znečištění a znehodnocení. Umožní zadavatel nabídku kvalitních jednostranných matrací ze studené pěny a viscoelastické paměťové pěny, zónovanou do sedmi anatomických zón, pro ochranu uživatelů se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů (II.–III. stupně)?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel ustupuje od požadavku na oboustranné provedení matrace.

Dotaz č. 4

T-6302 Zadavatel uvádí lehátko vyšetřovací, polohovatelný podhlavník pomocí samosvoru, sklopné postranice 3/4, kola venkovní o průměru 150 mm s centrální brzdou a aretací. Zadavatel uvádí požadavek na vyšetřovací lehátko, dále pak ale požadavek na venkovní kolečka. Tyto dva aspekty jsou však v rozporu. Buď na lehátku dochází k vyšetření a není tedy potřeba venkovního transportu, nebo na lehátku/vozíku dochází k transportu v interiéru, nebo exteriéru. U hydraulických vyšetřovacích lehátek je hydraulické ovládání zpravidla na dlouhé straně, tedy z boku lehátka. U hydraulických transportních lehátek/vozíků je hydraulické ovládání zpravidla na krátké straně, zpravidla v nožní části. Oboje pro pohodlnou manipulaci při vhodném užívání. Požaduje zadavatel vyšetřovací lehátko, nebo spíše transportní lehátko/vozík?

Pokud zadavatel upřednostní transportní lehátko/vozík, pak se zpravidla používají kola alespoň průměru 200 mm pro snadnou manipulaci. Pro venkovní užití jsou v praxi často užívaná kola: vpředu nenařaditelná plná kola průměru cca 500 mm, která zajišťují přímost směru pohybu a dobrou manipulaci v kombinaci s bantamovými gumovými koly průměru 200 mm samostatně brzděnými nebo případně kovovými koly průměru 200 mm s centrální brzdou. Pro interiérové použití jsou v praxi často užívaná kola průměru 200 mm s plastovým krytím a centrální brzdou, kdy je jedno kolo s aretací směru. Uchazeč žádá zadavatele k upřesnění svého požadavku na vyšetřovací lehátko, nebo transportní lehátko/vozík a případné upřesnění specifikace kol u transportního lehátka/vozíku, nebo případně stanovení počtu vozíků s koly pro interiér a pro exteriér.

Umožní zadavatel nabídku lehátka/vozíku s polohováním zádového dílu pomocí pístnice?

Umožní zadavatel nabídku lehátka/vozíku s nerezovými sklopnými postranicemi i v délce delší než ¾ délky ložné plochy?

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel požaduje vyšetřovací lehátko, uvedený průměr kol 150 mm je minimální. Provedení s venkovními koly je preferováno s ohledem na fakt, že psychiatrické oddělení je v samostatné budově a vzniká potřeba pacienty během vyšetření převážet do jiných částí nemocnice. Kola o průměru 500 mm nejsou vhodná.

Zadavatel připouští polohování zádového dílo pomocí pístnice a dodávku lehátka se sklopnými postranicemi v minimální délce $\frac{3}{4}$ délky ložné plochy.

II. Prodloužení lhůty

Dne 30. 6. 2014 rozhodl zadavatel v souvislosti s touto dodatečnou informací **o prodloužení lhůty pro podání nabídek**. Zadavatel prodlužuje v souladu s ust. § 40 odst. 2 a 3 zákona lhůtu pro podání nabídek z původního termínu do 6. 8. 2014 do 10 hod. na nový termín do **13. 8. 2014 do 10 hod.**

Společně s touto dodatečnou informací je zveřejněn upravený výkaz výměr v sekci Zadávací dokumentace.

V Pardubicích dne 30. 6. 2014

v z. Mgr. Pavel Menšíl
vedoucí oddělení veřejných zakázek
podepsáno elektronicky

PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu