

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

| Identifikační údaje zadavatele       |       |                                                                                                          |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadavatel                            | Název | Nemocnice Pardubického kraje, a.s.                                                                       |
|                                      | Sídlo | Kyjevská 44, 532 03 Pardubice                                                                            |
|                                      | IČO   | 275 20 536                                                                                               |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele |       | MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva<br>Ing. Hynek Rais, MHA, místopředseda představenstva |

| Údaje o veřejné zakázce |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Název veřejné zakázky   | Kanyly tracheální a tracheostomické 2 |
| Druh zadávacího řízení  | Veřejná zakázka malého rozsahu        |
| Druh veřejné zakázky    | Veřejná zakázka na dodávky            |

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce rozhodl o  
**VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ**  
**NA VÝŠE UVEDENOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU**

| Identifikační údaje vyloučeného účastníka zadávacího řízení |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Obchodní název firmy                                        | A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. |
| Sídlo                                                       | Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7               |
| IČO                                                         | 63983524                                        |
| Právní forma                                                | společnost s ručením omezeným                   |

### Odůvodnění:

Na základě ověření závazných charakteristik a požadavků u dodaných vzorků dospěli odborní členové hodnotící komise k závěru, že nabízené zboží nesplňuje níže uvedené technické požadavky:

### Kanyla tracheostomická s manžetou, sání nad manžetou:

- měkký kulatý hrot

Účastník nabídnul kanylu s ostrým tvrdým hrotem.

Na základě výše uvedeného hodnotící komise vyřadila nabídku a doporučila vyloučit účastníka A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel doporučení hodnotící komise přijal.

V Pardubicích dne

12-07-2021

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
 Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
 IČ: 275 20 536, tel.: 466 011 111

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA  
 předseda představenstva

Ing. Hynek Rais, MHA  
 místopředseda představenstva

*Handwritten signature*