

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Odsávací systémy

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 13. 7. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 2 „zadávací dokumentace - Technické podmínky“ uvádí: maximální podtlak 90 kPa.

„Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max“

Dotaz:

Naše společnost nabízí odsávačku s výkonem 32l/min, maximální podtlak 82 kPa.

Z praxe víme, že tento výkon 32l/min. (požadujete 30l/min.) a maximální podtlak 82 kPa vždy na jednotlivých odděleních v nemocnicích stačil, nikdy nebyl problém s nedostatečným výkonem odsávačky. Těchto odsávaček jsme již dodali několik stovek ks.

Bude prosím zadavatel respektovat toleranci +/- 10% nebo budeme s naší nabídkou vyřazeni?

Odpověď

Jedná se o nejvyšší požadovaný podtlak 90 kPa, na který se vztahuje +/- 10 %, což dodavatel splňuje.

Dotaz č. 2

Dotaz:

V technických parametrech k VZ není uveden žádný spotřební materiál, kromě min. 1 ks integrovaného držáku láhve.

Bude prosím zadavatel do cenové nabídky chtít uvést ceny např. jednorázových odsávacích vaků, láhví k odsávacím vakům atd.?



Odpověď

Předmětem veřejné zakázky není požadavek na nákup spotřebního materiálu. Veškeré technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 Technické podmínky a zůstávají nezměněny.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.