

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

dle § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky:

RTG stacionární skiografický pro Orlickoústeckou nemocnici, znovuvyhlášení

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh veřejné zakázky: dodávky a služby

V Pardubicích dne 16. 7. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel upravuje znění hodnotícího kritéria č. 2 Technické parametry, konkrétně podkritéria **Rychlost motorizace stropního závěsu ve vertikálním směru.**

Správné znění podkritéria je:

Rychlost motorizace stropního závěsu v horizontálním směru.

Zadavatel na základě výše uvedeného opravuje znění bodu 13 zadávací dokumentace.

13 Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil, že jednotlivé nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, a to konkrétně na základě níže uvedených hodnotících kritérií:

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH	váha kritéria 90 %
Technické parametry	váha kritéria 10 %

1. Kritérium: Nabídková cena celkem v Kč bez DPH

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Nabídková cena celkem v Kč bez DPH“ bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny za předmět plnění v Kč bez DPH.

Způsob hodnocení v rámci dílčího kritéria nabídková cena: pro číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce a váhy daného kritéria.

Nejvýhodnější nabídkou je v tomto případě nabídka s nejnižší cenou. Viz níže uvedený vzorec:

$$\text{Počet bodů kritéria} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH}}{\text{nabídková cena hodnocené nabídky v Kč bez DPH}} * 100$$

Počet bodů kritéria bude následně vynásoben váhou dílčího kritéria tedy 90 %.

2. Kritérium: Technické parametry

V rámci hodnotícího kritéria „Technické parametry“ bude zadavatel hodnotit parametry uvedené níže v tabulce. Účastník je povinen pro účely hodnocení vyplnit níže uvedenou tabulku v rámci vyznačených polí. Neuvedení hodnoty či podmínění hodnoty další podmínkou bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Tabulka pro účely hodnocení technických parametrů:

Plná kompatibilita přenosného detektoru s dalšími přenosnými detektory RTG přístrojů výrobce Siemens na ostatních pracovištích Orlickoústecké nemocnice	Ano/ne	5 %	ANO je lépe ano=5bodů ne=0 bodů	(doplní dodavatel)
Rychlost motorizace stropního závěsu ve vertikálním v horizontálním směru	m/s	5 %	Více je lépe	(doplní dodavatel)

Hodnotící komise následně provede hodnocení dle níže uvedeného způsobu. U kritéria, kde platí, že více/větší je lepší (rychlost motorizace stropního závěsu ~~ve~~ **vertikálním v horizontálním** směru) bude postupováno dle níže uvedeného vzorce:

$$\text{Počet bodů podkritéria} = \frac{\text{Hodnota hodnocené nabídky}}{\text{hodnota nejvhodnější nabídky}} * 100 * 0,05$$

Hodnotící komise následně provede součet jednotlivého bodového ohodnocení dle výše uvedených vzorců a zároveň přičte hodnotu bodů za kritérium „Plná kompatibilita přenosného detektoru s dalšími přenosnými detektory RTG přístrojů výrobce Siemens na ostatních pracovištích Orlickoústecké nemocnice“.

Počet přidělených bodů v rámci jednotlivých podkritérií bude následně sečten.

Hodnotící komise následně sečte jednotlivé přidělené body v rámci kritérií „Nabídková cena celkem v Kč bez DPH“ a „Technické parametry“. Nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů bude vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.

**ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 6. 8. 2021 DO 10:00 HODIN.**

Přílohy:

Příloha č. 2a ZD – Technické podmínky OPRAVA DLE VZD č.1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.