



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Defibrilátor s monitorem

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: zjednodušené podlimitní řízení

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 21. 7. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
zadavatel nikde neuvádí velikost displeje. Můžete zadavatel doplnit požadovanou velikost.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že min. velikost uhlopříčky displeje je 6,5" a výše.

Dotaz č. 2:

V příloze č. 2 ZD – technické podmínky jsou uvedeny následující požadavky, které si částečně odporují:

- bifazický defibrilační výboj s eskalací energie výboje min. do 260 J v manuálním režimu
- Jemná volba energií pro externí defibrilaci v manuálním režimu v rozsahu od 2J až 200J

Domníváme se, že pravděpodobně došlo k administrativnímu pochybení i na základě předcházejícího průzkumu trhu, kde byla požadovaná horní hranice energie výboje min. do 200 J. Je náš předpoklad správný?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že horní hranice defibrilačního výboje min. 200 J je dostačující.

Dotaz č. 3:

Bude zadavatel akceptovat modernější technologii, které umožňuje efektivní výboj o maximální energii 200J?

Odpověď:

Horní hranice defibrilačního výboje min. 200 J je dostačující – odpověď tedy stejná jako u dotazu č. 2

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci termín plnění nejpozději do 5 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Vzhledem k stále trvající problematice týkající se celosvětové pandemie – onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2, není účastník schopen tento termín dodržet.

Účastník tímto žádá zadavatele o možnost prodloužení dodací lhůty na 7 týdnů od nabytí účinnosti

Kupní smlouvy při splnění veškerých zbývajících technických a dalších požadavků.

Odpověď:

Zadavatel umožní dodavateli prodloužit dodací lhůtu na 7 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy, při splnění veškerých zbývajících technických a dalších požadavků.

Tímto dochází ke změně znění čl. 4.2 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace.

Nové znění:**4.2 Doba plnění veřejné zakázky****Termín plnění veřejné zakázky:**

- 1 ks defibrilátoru s monitorem pro INT JIP Pardubické nemocnice bude dodán nejpozději do **7 týdnů** od nabytí účinnosti kupní smlouvy
- 7 ks defibrilátorů s monitorem pro centrální urgentní příjem Orlickoústecké nemocnice bude dodáno na výzvu kupujícího do 5 týdnů od data, které bude kupujícím uvedeno v písemné výzvě jako první možné pro začátek instalace. Předpokládaný termín dodání do Orlickoústecké nemocnice je 1.Q roku 2022.

Přesná specifikace termínu plnění je uvedena v příloze – Závazný návrh kupní smlouvy.

Současně zadavatel upravuje znění čl. II odst. 2 Přílohy č. 3 ZD – Závazný návrh kupní smlouvy.

Nové znění:

2. Zboží bude do místa plnění dodáno následovně:

- 1 ks defibrilátoru s monitorem pro INT JIP Pardubické nemocnice bude dodán nejpozději do **7 týdnů** od nabytí účinnosti kupní smlouvy
- 7 ks defibrilátorů s monitorem pro centrální urgentní příjem Orlickoústecké nemocnice bude dodáno na výzvu kupujícího do 5 týdnů od data, které bude kupujícím uvedeno v písemné výzvě jako první možné pro začátek instalace. Předpokládaný termín dodání do Orlickoústecké nemocnice je 1.Q roku 2022.

**ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 9. 8. 2021 DO 10:00 HODIN.**

Příloha: Příloha č. 3 ZD – Závazný návrh kupní smlouvy OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.