

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Anesteziologické přístroje

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 21. 7. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Zadavatel požaduje elektronicky řízený ventilátor. Bude zadavatel akceptovat řešení s polouzavřeným systémem a pneumatickým pohonem, které má jako benefit aktivní zamezení vzniku hypoxické směsi bez zásahu personálu, tím že při úniku automaticky zvýší přísun kyslíku a průtok plynů?

Odpověď:

Zadavatel trvá na původním znění požadavku.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.