

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 275 20 536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: Ultrazvukové přístroje
Režim veřejné zakázky: Otevřené nadlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky

V Pardubicích dne 22. 7. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
bude zadavatel prosím akceptovat rozsah konvexní sondy 3.5 - 5.0 MHz lineární 7.5 - 10 MHz při zachování medicínského způsobu využití? Děkuji.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.