

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 275 20 536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: Stropní vyšetřovací a zákroková svítidla
Režim veřejné zakázky: Otevřené nadlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky

V Pardubicích dne 28. 7. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotazy k technické specifikaci svítidla T-2106

Dotaz č. 1:

V popisu svítidla je napsáno: svítidlo je sestaveno ze dvou osvětlovacích těles, na výkrese je popis jednoramenného svítidla. Jaké svítidlo zadavatel požaduje?

Odpoověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upřesňuje, že požaduje jednoramenné svítidlo, tak jak je uvedeno v popisu.

Dotaz č. 2:

Bude zadavatelem akceptován rozsah regulace intenzity v rozsahu 12,5-100%?

Odpoověď na dotaz č. 2:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č. 3:

Bude zadavatelem akceptován rozsah průměru osvětleného pole 190-280mm?

Odpoověď na dotaz č. 3:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č. 4:

Bude zadavatelem akceptována hodnota indexu Ra 95?

Odpoověď na dotaz č. 4:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č. 5:

Bude zadavatelem akceptována hodnota indexu R9 94?

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č. 6:

Bude zadavatelem akceptována hodnota indexu R13 93?

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č. 7:

Bude zadavatelem akceptována hodnota hloubky osvětlení 1300mm?

Odpověď na dotaz č. 7:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č. 8:

Bude zadavatelem akceptována hodnota teploty podání barev ve čtyřech krocích 3800, 4400, 5000 a 5600K?

Odpověď na dotaz č. 8:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č. 9:

Hodnota intenzity turbulence max. 20% je dle nás nepodstatný a diskriminační parametr a žádáme o jeho vypuštění.

Odpověď na dotaz č. 9:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

**ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 30. 8. 2021 DO 10:00 HODIN.**

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD I

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.