

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

| | |
|-------------------------------|---|
| Zadavatel: | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. |
| Sídlo: | Kyjevská 44, 532 03 Pardubice |
| IČO: | 275 20 536 |
| Zastoupený: | MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva |
| Název veřejné zakázky: | Mobilní elektrické zvedací zařízení |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |

V Pardubicích dne 28. 7. 2021

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 2 „zadávací dokumentace - Technické podmínky“ uvádí: „nosnost pro 4 zvedací zařízení 250 kg a u 2 zvedacích zařízení nosnost 300 kg“.

Dotaz:

Můžeme nabídnout jednotné řešení s max. nosností 272 kg? Zařízení s vyšší nosností (až 454 kg) je technicky, stavebně, ale především ekonomicky značně náročnější a bylo by obtížné se s takovým řešením vejít do maximální pořizovací hodnoty. Z klinické praxe víme, že hodnota 272 kg je dostatečná pro naprostou většinu hospitalizovaných pacientů.

Dotaz č. 2

Zadavatel v příloze č. 2 „zadávací dokumentace - Technické podmínky“ uvádí: „lehátko pro ležící“.

Dotaz:

Můžete blíže specifikovat tuto položku? Má se jednat o pevné lehátko typu Ferno scoop nebo spíše vakové lehátko? Pozn.: K oběma variantám je nutno dodat rameno pro ležící pacienty.

Dotaz č. 3

Zadavatel v příloze č. 2 „zadávací dokumentace - Technické podmínky“ uvádí: „čtyřbodé rameno s el. polohovacím systémem“ a „lehátko pro ležící“.

Dotaz:

Můžete prosím blíže upřesnit celkové počty jednotlivých zařízení? Z naší dosavadní zkušenosti je pořízení více ramen (polohovací sed/leh + pro lehátka) ke každému zvedacímu zařízení neefektivní, neboť je náročné na skladovací prostory, přitom využití lehátka nebývá příliš časté a jednotlivá ramena lze rychle, snadno, a bez použití náradí zaměnit. Obvykle postačí jedno rameno pro více zvedacích zařízení.

Odpověď

Výše uvedené technické dotazy se netýkají veřejné zakázky „Mobilní elektrické zvedací zařízení“, ale veřejné zakázky „Stropní zvedací zařízení“, kde již uběhla lhůta pro podání nabídek. Zakázka „Stropní zvedací zařízení“ bude znovuvyhlášena na profilu zadavatele https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.