



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Mobilní elektrické zvedací zařízení

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 2. 8. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 2 „zadávací dokumentace - Technické podmínky“ uvádí: Možnost mechanického nastavení ramene do tří různých výšek.

Dotaz:

Tento parametr odpovídá konkrétnímu technickému řešení jednou produktu a námi nabízený produkt disponuje odlišným technickým řešením, které zajišťuje stejnou funkci. Tento zvedák k nastavení výšky nepotřebuje mechanické přenastavování konstrukce, ale celý rozsah nastavení výšky je prováděn komfortně pomocí elektrického zdvihu v plném jeho rozsahu. Jedná se tedy o lepší technické řešení.

Bude zadavatel akceptovat výše popsaný zvedák?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 2

Dotaz:

Námi nabízený zvedák disponuje pevnou hliníkovou konstrukcí v kombinaci s ocelovými prvky. Tato konstrukce je opatřena odolnou práškovou vypalovanou barvou, která má zvýšenou odolnost proti mechanickému poškození a díky nanesení této barvy uceleně po všech částech dochází k tzv. zapouzdření celé konstrukce touto barvou a konstrukce je tak plně chráněná proti vnějším vlivům.

Bude zadavatel akceptovat nabídku zvedáku, který má konstrukci zhotovenou v materiálové kombinaci hliník-ocel?



Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 3

Zadavatel v příloze č. 2 „zadávací dokumentace - Technické podmínky“ uvádí: Zobrazení stavu akumulátoru na ovladači i na těle zvedáku.

Dotaz:

Námi nabízený zvedák disponuje zobrazením stavu přímo na ovladači a pak na baterii, která při vložení do nabíjecí stanice zobrazuje její stav.

Bude zadavatelem akceptována nabídka tohoto zvedáku?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 8. 2021 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.