

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Monitory vitálních funkcí, část 2

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 2. 8. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 2 „zadávací dokumentace - Technické podmínky“ uvádí: měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst (ucho) originální technologií a algoritmem Masimo Set a Originální technologií a algoritmem Nellcor (modul musí podporovat jednu nebo druhou technologii)

Dotaz:

Uchazeč se domnívá, že uvedení pouze těchto technologií zbytečně prodražuje nabídnuté řešení. Bude zadavatel akceptovat nabídku i jiné (srovnatelné) technologie měření pulsní oxymetrie?

Odpověď

Ano, zadavatel navrhované řešení uchazeče bude akceptovat.

Dotaz č. 2

Zadavatel v příloze č. 2 „zadávací dokumentace - Technické podmínky“ uvádí: dotykový displej velikost min. 5,5" s automatickým otáčením obrazu.

Dotaz:

Multiparametrický modul s displejem bude ve všech podmínkách umístěn horizontálně. A to včetně transportu, neboť je takto uzpůsobeno i uchycení závěsných háčků na lůžko. Bude zadavatel akceptovat i řešení bez otáčení obrazu?

Odpověď

Ano, zadavatel navrhované řešení uchazeče bude akceptovat.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. 9. 2021 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.