

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	275 20 536
Zastoupený:	MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
Název veřejné zakázky:	Stropní vyšetřovací a zákroková svítidla
Režim veřejné zakázky:	Otevřené nadlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Dodávky

V Pardubicích dne 3. 8. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V technických parametrech (v příloze č.2) pro „světlo zákrokové stropní pro CUP – 1ks (TP-2106) je požadováno: svítivost min 160k lx. s regulací intenzity v min. rozsahu 12,5 – 100 %.

Dotaz:

V praxi nedochází k situacím, kdy uživatel snižuje intenzitu osvětlení na minimum, ale z důvodu přehlednosti, rychlosti a bezpečnosti použije např. endoskopický mód, nebo ambientní osvětlení. Řešení Účastníka splňuje požadavek Zadavatele na intenzitu při použití endoskopického módu s regulací intenzity v rozsahu 12,5 – 100 %, popř. při použití ambientního módu s fixní intenzitou 10 %. Řešení Účastníka také umožňuje regulaci intenzity v rozsahu 20 – 100 % (s dodržením požadované svítivosti 160k lx), která je běžná u většiny světových výrobců a nemění medicínský účel požadovaný Zadavatelem.

Bude Zadavatel akceptovat regulaci intenzity v min. rozsahu 20 – 100 % s dodržením požadované svítivosti 160k lx?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 6. 9. 2021 DO 10:00 HODIN.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.