

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

RTG stacionární skiagrafický pro Orlickoústeckou nemocnici, znovuvyhlášení

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 4. 8. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky uvádí požadavek:

- „Nosná konstrukce zařízení, její kotvení a způsobu zavěšení dodávaného zařízení. Konstrukce bude zatěžována břemenem (dodávaným zařízením) a to způsobem pohybu zařízení ve všech potřebných směrech, a to i excentricky. Konstrukce musí splňovat požadavek na dostatečnou tuhost a pevnost. V rámci prací na konstrukci je třeba řešit i úpravu podhledu“.
- Ochranné pomůcky: 1x průhledové olovnaté sklo s minimálním rozměrem 800x1500mm s odpovídajícím ekvivalentem Pb dle požadavků SUJB

Dotaz:

Rozumíme tomu správně, že pro dodavatele je předmětnou konstrukcí myšlený vlastní pojízdný teleskopický stropní závěs, na kterém je zavěšený vysokorychlostní rentgenový zářič, a který se montuje na stavbou připravenou nosnou konstrukci? Potom úpravou podhledu rozumíme správně demontáž již existujících krycích stropních panelů realizovaných stavbou a následně jejich montáž po připevnění závěsu rtg lampy?

S tím vším i nepřímo souvisí požadavek na olovnaté sklo jako ochrannou pomůckou, protože předpokládáme, že olovnaté sklo jako součást stavby bude dodáno a instalováno stávající stavební firmou, která bude dodávat i vlastní nosnou stropní konstrukci. Bude olovnaté sklo dodáno stavební firmou?

Odpověď

ANO, dodavatel tomu v obou případech rozuměl správně.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.