

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 275 20 536

Název veřejné zakázky: Stropní vyšetřovací a zákroková svítidla
Režim veřejné zakázky: Otevřené nadlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky

V Pardubicích dne 16. 8. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD u položky „Operační lampa pro ORL – 1 ks“ požaduje svítivost min. 60 000 lx.

Účastník nabízí operační lampu se svítivostí 50 000 lx, které zcela splní medicínský účel požadovaný Zadavatelem.

Bude Zadavatel akceptovat svítivost 50 000 lx?

Odpověď

Zadavatel trvá na dodržení původního uvedeného parametru 60 000 lx.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD u položky „Svítilo vyšetřovací stropní pro CUP – 41 ks“ požaduje svítivost min. 60 000 lx.

Účastník nabízí stropní vyšetřovací svítidlo se svítivostí 50 000 lx, které zcela splní medicínský účel požadovaný Zadavatelem.

Bude Zadavatel akceptovat svítivost 50 000 lx?

Odpověď

Zadavatel trvá na dodržení původního uvedeného parametru 60 000 lx.