

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Dodávka lůžek pro Orlickoústeckou nemocnici

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 9. 9. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 pro část 1 zadávací dokumentace – Technické podmínky uvádí požadavek na 13 ks pasivní antidekubitní matrace.

Dotaz:

Umožní zadavatel dodavateli nabídnout matraci následujících parametrů?

- Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů (III. stupně)
- V případě častějšího polohování pacientů může být matrace použita až do IV. stupně dekubitů
- Jádro je vyrobeno ze studené pěny o hustotě 40 kg/m³
- Střední vrstva matrace vyrobena ze studené pěny o hustotě 35 kg/m³
- Po celém povrchu jádra viscocooelastická pěna 50 kg/m³ v tl. 3 cm
- Jádro matrace profilované do 7 anatomických zón
- Dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách
- Nosnost 200 kg
- Rozměr matrace dle lůžka
- Výška matrace 14 cm
- Potah SAFR
- Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C
- Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze všech stran matrace

Odpověď

Ano, zadavatel umožní dodavateli nabídnout matrace uvedených parametrů.



Dotaz č. 2

Zadavatel v Příloze č. 2 pro část 3 zadávací dokumentace – Technické podmínky uvádí:
„Hydraulické nastavení výšky ložné plochy min. v rozsahu 52 - 98 cm.“

Dotaz:

Umožní zadavatel dodavateli nabídnout parametr 53-90 cm?

Odpověď

Ano, zadavatel upravuje parametr na „Hydraulické nastavení výšky ložné plochy min. v rozsahu 53 – 90 cm“.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 10. 2021 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.