

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Kardiostimulátory pro Orlickousteckou nemocnici 2. kolo – část 2

Název části veřejné zakázky: Kardiostimulátor třídy “2” (kardiostimulátor s možností vzdálené kontroly a monitorace pacienta)

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

2. Označení zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

2.1 Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu - **kardiostimulátorů** ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, v souladu s podmínkami této zadávací dokumentace, **po dobu 2 let od nabytí účinnosti smlouvy**. Podrobná technická specifikace předmětu plnění je uvedena v **příloze č. 2 této zadávací dokumentace - Technické podmínky** kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.

Jedná se o dodávky nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zboží.

Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění včetně zajištění a dodání veškeré nezbytné dokumentace.

Veškeré činnosti ve vztahu k plnění veřejné zakázky musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v rozsahu zadávacích podmínek této veřejné zakázky. Podáním nabídky dodavatel potvrzuje, že nabízené plnění splňuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.



Dělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části ve smyslu ust. § 35 zákona a § 101 odst. 1 a 2 zákona:

Číslo části	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba kusů položky za 2 roky (24 měsíců)
1	Kardiostimulátor třídy "1" (kardiostimulátor s automatickou detekcí a řešením kardiostimulátorem zprostředkovaných tachykardií)	Jednodutinový BASIC/sada	20
		Jednodutinový PREMIUM/sada	20
		Dvoudutinový BASIC/sada	70
		Dvoudutinový PREMIUM/sada	70
2	Kardiostimulátor třídy "2" (kardiostimulátor s možností vzdálené kontroly a monitorace pacienta)	Jednodutinový BASIC/sada	20
		Jednodutinový PREMIUM/sada	20
		Dvoudutinový BASIC/sada	70
		Dvoudutinový PREMIUM/sada	70
3	Kardiostimulátor třídy "3" (kardiostimulátor s algoritmem pro minimalizaci komorové stimulace)	Jednodutinový BASIC/sada	20
		Jednodutinový PREMIUM/sada	20
		Dvoudutinový BASIC/sada	70
		Dvoudutinový PREMIUM/sada	70
4	Kardiostimulátor třídy "4" (kardiostimulátor s algoritmem k udržení a vyloučení dominance vlastního síňokomorového vedení s možností nastavení pozitivní i negativní AV hysterézy)	Jednodutinový BASIC/sada	20
		Jednodutinový PREMIUM/sada	20
		Dvoudutinový BASIC/sada	70
		Dvoudutinový PREMIUM/sada	70

Předpokládané množství každé položky za období 24 měsíců odpovídá objemům nastaveným dle smluvních podmínek se zdravotními pojišťovnami a rovněž tak odpovídá objemu plánovaných operačních výkonů dle kapacity centra pro léčbu kardiovaskulárních chorob. Zadavatel si vyhrazuje právo odebírat uvedené předpokládané množství na základě aktuální potřeby zadavatele v závislosti na počtu a skladbě pacientů.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny, či pouze na některé části veřejné zakázky, nebo jen na jednu část veřejné zakázky.

Nabídky se podávají na každou část veřejné zakázky samostatně. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva. Závazný návrh smlouvy je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

Současně bude s vybraným dodavatelem v každé části veřejné zakázky uzavřena **smlouva o bezplatné výpůjčce čtyř programerů pro programaci nabízených kardiostimulátorů, jejichž pronájem je zahrnut již v ceně nabízeného materiálu**. Závazný návrh smlouvy o výpůjčce je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že v rámci každé části veřejné zakázky je každý konkrétní typ kardiostimulátoru poptáván vždy ve dvou kvalitativních kategoriích, a to v kategorii Basic (s nižší úhradou zdravotní pojišťovny) a v kategorii Premium (s vyšší úhradou zdravotní pojišťovny). Ke každému poptávanému typu kardiostimulátoru, resp. příslušné třídy kardiostimulátoru, je účastník oprávněn nabídnout vždy **pouze jeden konkrétní výrobek** odpovídající požadované technické specifikaci - blíže viz **příloha č. 2** zadávací dokumentace **Technické podmínky**.

Všechny typy nabízených kardiostimulátorů, resp. vždy obě jejich kategorie (Basic i Premium), musí shodně splňovat základní požadavky zadavatele stanovené níže v části „**Technické specifikace a požadavky společné pro kategorie Basic a Premium**“.

Jednotlivé typy kardiostimulátorů požadované v kategorii Premium pak musí dále splňovat též další technickou specifikaci a požadavky zadavatele stanovené samostatně pro jednotlivé části veřejné zakázky níže v části „**Další technické specifikace a požadavky na kategorie Premium, specifické pro jednotlivé části VZ**“.

V rámci všech částí veřejné zakázky a vždy shodně pro obě kategorie kardiostimulátorů jsou požadovány přístroje jednodutinové a dvoudutinové.

Účastník v nabídce na plnění veřejné zakázky, resp. všech jejích jednotlivých částí předloží jako přílohu charakteristiky nabízených zdravotnických prostředků a ke každému nabízenému zdravotnickému prostředku technickou dokumentaci (tato bude označena tak, aby bylo zcela jednoznačně zřejmé, ke kterému zdravotnickému prostředku se vztahuje).

Technické specifikace a požadavky společné pro kategorie Basic a Premium (shodné pro všechny části VZ – typy poptávaných kardiostimulátorů)

Všechny nabízené kardiostimulátory v kategoriích Basic a Premium musí splňovat níže uvedené obecné technické specifikace a požadavky:

- kompletní automaticita – tj. automatické nastavení prahů, sensitivity, polarity (unipolární, bipolární), signálů a impedance,
- u přístrojů řízených senzorem možnost programace Rate Responsive režimu s možností optimalizace frekvenčního profilu,
- ochrana před rušením mobilními telefony,
- programovatelnost vysokých citlivostí při síňové stimulaci,
- možnost odběru stimulačního systému v tzv. balíčku obsahujícím přístroj, elektrody a zavaděče, vodiče,
- u elektrod pro stimulaci pravé síně a pravé komory jsou požadována aktivní fixace a kalibr typu elektrody pod 7F včetně,
- u elektrod pro stimulaci levé komory pro srdeční resynchronizační léčbu možnost výběru mezi elektrodami, včetně multipolárních elektrod, zaváděnými po styletu a současně možnost výběru zaváděcího systému.

Účastník nabídne rovněž portfolio příslušenství. Počet výrobků zahrnutých do portfolio příslušenství není zadavatelem stanoven/omezen.

Dodavatel vyplní přílohu č. 3 „Portfolio příslušenství“ a vloží do nabídky. Uvedené příslušenství nebude zahrnuto do nabídkové ceny a nebude předmětem hodnocení a posouzení nabídek.

Zadavatel účastníky dále upozorňuje, že bude akceptovat pouze takové zboží, které je uvedeno/registrováno v aktuálně platném tzv. číselníku VZP pro úhradu speciálního zdravotnického materiálu – Úhradovému katalogu VZP – ZP (dále jen „Číselník VZP“) a má přidělený platný kód zdravotní pojišťovny (kód ZP). Nebude-li nabídka účastníka podaná na plnění této veřejné zakázky splňovat tuto podmínku zadavatele, bude nabídka takového účastníka vyřazena a účastník bude ze zadávacího řízení vyloučen. Vybraný dodavatel pro plnění veřejné zakázky pak bude povinen zajistit platnost kódu ZP u každého jím nabídnutého zboží, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Zadavatel účastníky upozorňuje, že u každého poptávaného zboží bude akceptovat pouze nabídku takového zboží, které v daném typu a kategorii patří do poslední modelové řady registrovaného přístroje příslušného výrobce (tím není dotčen shora uvedený požadavek zadavatele, aby bylo dodáváno výhradně zboží registrované v Číselníku VZP, s přiděleným platným kódem ZP). Nebude-li nabídka účastníka podaná na plnění této veřejné zakázky splňovat tuto podmínku zadavatele, a to, byť i jen ve vztahu k některému z nabízeného zboží, bude nabídka takového účastníka vyřazena a účastník bude ze zadávacího řízení vyloučen.

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Smlouva nebyla uzavřena, neboť zadávací řízení bylo zrušeno.

5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

Neuplatní se, zadávací řízení bylo zrušeno.

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Dodavatel nebyl vybrán z důvodu zrušení zadávacího řízení.

9. Označení poddodavatele/ů

Neuplatní se.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadávací řízení bylo zrušeno, neboť během lhůty pro podání nabídek zadavatel v zadávacím řízení neobdržel žádnou nabídku.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužito.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

Neuplatní se.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Neuplatní se.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.