

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

**Název veřejné zakázky:**

### **Monitory vitálních funkcí, část 2**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené nadlimitní řízení

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 16. 9. 2021

Výše uvedený zadavatel sděluje a doplňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

#### **Dotaz č. 1**

Zadavatel v příloze č. 2 „zadávací dokumentace - Technické podmínky“ požaduje: Hmotnost multiparametrického modulu do 2,5 kg včetně baterie.

Dotaz:

Uchazeč se domnívá, že omezení hmotnosti zbytečně prodražuje nabídnuté řešení. Bude zadavatel akceptovat nabídku zařízení s větším displejem, lepší čitelností a snadnějším ovládáním o hmotnosti 3,8 kg?

#### **Odpověď**

**Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče z důvodu udržení úrovně zdravotnického přístroje.**

#### **Dotaz č. 2**

Zadavatel v příloze č. 2 „zadávací dokumentace - Technické podmínky“ požaduje: zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv.

Dotaz:

Uchazeč se domnívá, že zabudovaná kalkulačka pro výpočet léčiv prodražuje nabídnuté řešení zvláště, pokud je ta samá funkce obsažena dnes ve všech dávkovačích a pumpách a centrálně řízena. Bude zadavatel akceptovat nabídku technického řešení, kde je kalkulátor léčiv součástí dávkovací techniky?

#### **Odpověď**

**Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče z důvodu udržení úrovně zdravotnického přístroje.**

**Zadavatel dále zveřejnil aktualizovanou Přílohu č. 2 ZD – Technické podmínky část 2.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 10. 2021 do 12:00 hodin.**

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Příloha:**

AKTUALIZACE\_Příloha č. 2 ZD – Technické podmínky část 2