



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Dodávka lůžek pro Orlickoústeckou nemocnici

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 20. 9. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 pro část 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky uvádí požadavek „zdvih lůžka v rozsahu 45 – 85 cm“.

Dotaz:

Umožní zadavatel dodavateli nabídnout parametr 36 – 80 cm?

Odpověď

Ano, zadavatel umožní nabídnout lůžko se zdvihem v rozsahu 36 – 80 cm.

Dotaz č. 2

Zadavatel v Příloze č. 2 pro část 4 zadávací dokumentace – Technické podmínky uvádí požadavek: „potah matrace se zipem“.

Dotaz:

Umožní zadavatel dodavateli nabídnout potah matrace bez zipu?

Odpověď

NE, zadavatel trvá na dodržení původního požadavku - potah matrace se zipem.

Dotaz č. 3

Zadavatel v Příloze č. 2 pro část 1 zadávací dokumentace – Technické podmínky uvádí požadavek u nočního stolku: „Jídelní a odkládací deska se zvýšeným okrajem z ABS plastu“.

Dotaz:

Umožní zadavatel dodavateli nabídnout stolek s jídelní deskou z PP plastu? Toto zpracování plastu umožňuje mít jídelní desku beze švů, lehčí a přitom odolnější, než tomu bývalo u ABS plastu.

Odpověď

Ano, zadavatel umožní nabídnout stolek s deskou z PP plastu.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 10. 2021 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.