

Příloha č. 2 – Splnění technických požadavků

k veřejné zakázce:

"Dodávka intenzivních zdravotnických lůžek s váhou"

Evidenční číslo zakázky: LDN 004/2021VZMR

Specifikace předmětu dodávky

Výběr designových prvků (barvy materiálů) upřesní zadavatel s vybraným uchazečem.

Zdravotnické lůžko pro intenzivní péči s váhou – 3 ks

Specifikace lůžek	Doplň účástník (ANO/NE)	Doplň účástník (Popis)
provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52		
stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka		
plastový kryt podvozku		
bezpečná pracovní zátěž minimálně 300 kg		
rozměr ložné plochy min. 90x200 cm		
prodloužení/zkrácení ložné plochy min. 20 cm		
vnější rozměr lůžka max. 105x222 cm		
integrováný vážicí systém s možností uložení do paměti		
záložní baterie		
rychlopuštění zádového dílu (CPR)		
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 14° pomocí elektromotoru		
laterální náklon lůžka elektrický min. 30°		
minimálně 3dílné lůžko polohovací, elektrické s polohováním zádové, stehenní a lýtkové části		
polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15 % a nožní části 40° s tolerancí +/- 15 % pomocí elektromotoru		



Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví

IČ: 00190560

výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně o 40 cm		
integrované dělené sklopné plastové postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem		
odnímatelná čela, plastová s mechanickou aretací		
univerzální lišty a držáky na příslušenství		
kolečka s centrálním ovládním brzd, min. průměr 150 mm, 5-té aretační kolečko		
čtyřdílná ložná plocha z HPL		
díly ložné plochy kompaktní s dezinfikovatelností		
sesterský ovládací panel integrovaný z vnější strany postranice s ochranou proti nechtěnému polohování, s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně polohy – resuscitační poloha CRP, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha)		
v postranicích integrované pacientské ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování		
nožní pedál		
ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka		
potenciálové propojení		
příslušenství:		
infuzní stojan nasazovací		
hrazda s hrazdičkou		

Aktivní antidekubitní matrace na nová lůžka – 3 ks

Specifikace pasivní antidekubitní matrace	Doplň účástník (ANO/NE)	Doplň účástník (Popis)
system do IV. stupně dekubitu		

celová matrace s úchyty na kostru lůžka		
statický režim		
režim podpory sedu		
maximální nafouknutí		
CPR		
alarm nízkého tlaku a servisní alarm		
alarm při výpadku proudu		
výška matrace min. 20 cm		
maximální nosnost matrace min. 200 kg		
rozměr matrace dle lůžka		
snímatelný potah na zip		
paropropustný a voděodolný, antibakteriální, pružný potah		

Pasivní antidekubitní matrace na nová lůžka – 3 ks

Specifikace pasivní antidekubitní matrace	Doplňující účastník (ANO/NE)	Doplňující účastník (Popis)
použití v riziku dle stupnice Nortonové – min. III.		
Hustota jádra min. 40 kg/m ³		
po celém povrchu jádra viskoelastická pěna v tl. min. 3 cm		
výška min. 14 cm		
rozměr matrace dle lůžka		

nosnost min. 200 kg		
dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách		
potah – voděodolný, pružný, paropropustný, antialergický, antibakteriální, snímatelný, odolný běžným dezinfekčním prostředkům		
potah se zipem s ochranou proti zatečení		
možnost praní při 60 – 90°C		

Pasivní antidekubitní matrace na stávající lůžka – 20 ks

Specifikace pasivní antidekubitní matrace	Doplňující účastník (ANO/NE)	Doplňující účastník (Popis)
použití v riziku dle stupnice Nortonové – min. III.		
hustota jádra min. 40 kg/m ³		
výška min. 14 cm		
rozměr matrace dle rozměru ložné plochy stávajícího lůžka 85x200 cm		
voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah např. potah hygienickou fólií, rozepínatelný ze tří stran		
potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi		
svařované švy		
možnost praní při 60 – 90°C		

Noční stolek s jídelní deskou – 3 ks

Specifikace nočního stolku	Doplňující účastník (ANO/NE)	Doplňující účastník (Popis)
pojízdný, oboustranně přístupný, kovová konstrukce, dezinfikovatelný		



Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví

IČ: 00190560

stolek dobře čistitelný		
konstrukce nočního stolku musí být ucelená, stabilní, bezpečná		
jídelní a odkládací deska se zvýšeným okrajem z plastu		
rozměr jídelní desky min. 55 x 33 cm		
jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací		
výška jídelní desky v rozsahu min. 75-105 cm		
brzditelná kolečka o průměru min. 65 mm		
uvnitř stolku prostor pro PET láhev		
plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice nebo pomocí posilující pružiny s automatickou aretací		
provedení stolku – min. horní zásuvka, nika, dolní dvířka nebo zásuvka z obou stran		