

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	NNP Moravská Třebová – Vybavení – zdravotnická technologie
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Sídlo:	Svitavská 480/25, 571 16 Moravská Třebová
IČO:	001 93 895
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě vlastního podnětu poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE I

Zadavatel na základě vlastního podnětu předkládá upravenou technickou specifikaci pro část E veřejné zakázky, ve které byl v rámci položky č. 143 - *Přístroj pro krátkovlnnou pulsní diatermii* odstraněn požadavek na parametr „Pulzní frekvence v rozsahu min. 1 – 400 Hz“. Ostatní zůstává beze změny. Nová, upravená a pro zpracování nabídek závazná technická specifikace je přílohou tohoto vysvětlení.

INFORMACE II

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek (u všech částí veřejné zakázky) tak, aby opět činila minimálně celou svojí původní délku. Zadavatel tedy upravuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

nové znění bodu IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:
Datum: **29. 10. 2021** Čas: **10:00 hodin**

nové znění bodu IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **29. 10. 2021** Čas: **10:10 hodin**

Shodné informace budou uveřejněny i formou opravného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Přílohy:

Svazek 3 příloha č. 1 - Technická specifikace vč. cenové nabídky - část E_vys2