



**Pardubický kraj**, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822  
zastoupený příspěvkovou organizací

**ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk**  
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK IČ 00196096 DIČ CZ00196096

## VÝZVA

### k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel – Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk tímto vyzývá k podání nabídky na realizaci veřejné zakázku malého rozsahu s názvem:

### **Dodávka elektrických lůžek s antidekubitními matracemi**

#### **1. Identifikační údaje zadavatele**

Název: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk  
Právní forma: Příspěvková organizace Pardubického kraje  
Sídlo: Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk  
IČ: 00196096  
DIČ: CZ00196096  
Zastoupený: Ing. Rudolfem Bulíčkem, ředitel  
Kontaktní osoba: Ing. Petr Vlášek  
Tel. +420 607965711  
e-mail: [vlasek.zakazky@gmail.com](mailto:vlasek.zakazky@gmail.com)  
Web: [www.albertinum-olu.cz](http://www.albertinum-olu.cz)

#### **2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky**

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je dodávka elektrických lůžek s antidekubitními matracemi. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Zadání této veřejné zakázky nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

#### **3. Zadávací dokumentace**

Pro realizaci zakázky je vytvořena specifikace předmětu požadované dodávky, která je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.

#### **4. Lhůta a místo pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do **19.10.2021** do **09.00** hod. Místem pro podání nabídek je:

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:  
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk  
Ing. Vladimír Fabián  
Za Kopečkem 353  
564 01 Žamberk

Místo pro osobní podání nabídek v pracovních dnech Po – Pá v době od 7.00 do 14.30 hod. na adrese:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk  
kancelář pokladny ústavu (objekt č. 1 – tzv. Janovský, 2. NP)  
Za Kopečkem 353  
564 01 Žamberk



Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822  
zastoupený příspěvkovou organizací

**ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk**  
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK IČ 00196096 DIČ CZ00196096

## **5. Způsob podání nabídek**

Nabídky se podávají v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „**Neotevírat – veřejná zakázka**“ a „**Dodávka elektrických lůžek**“.

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné podobě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. K nabídce bude předloženo její zpracování v elektronické podobě na CD/DVD medium nebo USB.

Nabídka musí být zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře a vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

## **6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je celkem 1.450.000,- Kč bez DPH.

## **7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace**

Zadavatel požaduje, aby účastník předložil:

- prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
- přesný popis nabízeného zboží včetně názvu výrobku a výrobce, aby zadavatel mohl posoudit splnění podmínek zadávací dokumentace.

## **8. Údaje o hodnotících kritériích**

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

## **9. Požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny**

Nabídka bude obsahovat:

- doklad o oprávněnosti osoby jednat za uchazeče (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony uchazeče nečiní fyzická osoba, která je sama uchazečem;
- prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
- popis nabízeného zboží
- uchazečem podepsaný návrh kupní smlouvy (příloha č. 1), který bude respektovat všechny podmínky zadávací dokumentace. Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena absolutní částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Členění celkové ceny provede uchazeč v krycím listu nabídky (příloha č. 2 výzvy)

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny uvedeného zákona.

## **10. Doba plnění zakázky**

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: do 1 týdne od podpisu kupní smlouvy s budoucím dodavatelem, na základě vyhodnocení předložených nabídek. Požadované ukončení zakázky v termínu do 31. 12. 2021.

Místo plnění: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk



**Pardubický kraj**, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822  
zastoupený příspěvkovou organizací

**ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk**  
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK IČ 00196096 DIČ CZ00196096

## **11. Zadavatel si vyhrazuje právo**

- zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy, a to bez povinnosti sdělit uchazečům důvod zrušení,
- nevracet podané nabídky
- upřesnit skutečný rozsah plnění veřejné zakázky malého rozsahu
- upřesnit podmínky zakázky
- vyloučit z výběrového řízení uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě
- vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené uchazečem v nabídce
- nehradit náklady, které uchazeči vznikly v souvislosti s podáním nabídky
- uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný zhotovitel odmítne uzavřít smlouvu, tento postup může zadavatel opakovat pro uchazeče, který se umístil jako třetí v pořadí.

S vybraným uchazečem bude pro uskutečnění předmětu zakázky provedeno ústní jednání k upřesnění rozsahu zakázky a následné upřesnění textu smlouvy o dílo (smluvní vztahy mezi účastníky se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.).

## **12. Přílohy**

1. Příloha č. 1: specifikace
2. Příloha č. 2: krycí list nabídky

V Žamberku, dne 4. října 2021

za Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk  
Ing. Rudolf Bulíček, ředitel, v. r.



**Pardubický kraj**, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822  
zastoupený příspěvkovou organizací

**ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk**  
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK IČ 00196096 DIČ CZ00196096

Příloha č.1

## Specifikace předmětu dodávky

Výběr designových prvků (barvy materiálů) upřesní zadavatel s vybraným uchazečem.

### a) Nemocniční (zdravotnické) lůžko - 2 ks

- lůžko splňující normu IEC 60601-2-52:2010
- materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí
- minimálně 4 dílná ložná plocha, polohování zádového a stehenního dílu elektricky a lýtkovy díl pomocí mechanického hřebene
- polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15% a nožní části 45° s tolerancí +/- 15% pomocí elektromotoru
- velikost ložné plochy 90x200 cm s možností prodloužení ložné plochy min. o 20 cm
- výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 39 - 78 cm
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg
- postranice zajišťující pacienta proti pádu po cca ¾ délky ložné plochy s možností oboustranného doplnění postranní zábranou zbylé ¼ délky. Spuštěné postranice nesmí při sednutí pacienta tlačít do jeho steh.
- úchyty (držáky) pro příslušenství v hlavové části
- kolečka o průměru min. 125 mm s centrální brzdou
- díly ložné plochy z kovových lamel s jednoduchou dezinfikovatelností,
- plastový kryt podvozku
- kryt motoru ochraňující motor při provádění omývání a desinfekce lůžka
- ruční ovladač polohování s blokací polohovacích funkcí
- ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka
- pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění (např. čela kovová s výplní z vysokotlakého laminátu nebo plastová) s aretací proti samovolnému vytažení při transportu

Požadované příslušenství:

- antidekubitní matrace **2 ks** s rozdělením použití v riziku dle stupnice Nortonové
  - hustota jádra min. 40 kg/m<sup>3</sup>,
  - výška min. 14 cm
  - voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah popř. potah hygienickou folií, rozepínatelný ze tří stran,
  - potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi,
  - svařované švy,
  - možnost praní při 60-90°C,
- hrazda s výškově stavitelnou rukojetí,
- držák močové láhve
- držák infuzních roztoků



**b) Zdravotnické lůžko pro nemocniční zařízení dlouhodobé péče – 34 ks**

- materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí
- minimálně 4 dílná ložná plocha, polohování zádového a stehenního dílu elektricky a lýtkový díl pomocí mechanického hřebene
- polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15% a nožní části 45° s tolerancí +/- 15% pomocí elektromotoru
- velikost ložné plochy 90x200 cm
- výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 39-78cm
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg
- postranice zajišťující pacienta proti pádu po celé délce ložné plochy s ochranou proti nechtěnému spuštění ovladatelné jednou rukou obsluhy. Spuštěné postranice nesmí při sednutí pacienta tlačít do jeho steh
- úchyty (držáky) pro příslušenství v hlavové části
- kolečka o průměru min. 125 mm s centrální brzdou
- díly ložné plochy z kovových lamel s jednoduchou dezinfikovatelností,
- plastový kryt podvozku
- kryt motoru ochraňující motor při provádění omývání a desinfekce lůžka
- ruční ovladač polohování s blokadí polohovacích funkcí, s případným zamezením nebo bez přechodu stavu ovladače do pohotovostního režimu (tj. kdykoliv přímý přístup k funkcím lůžka bez nutnosti zapnutí či spuštění ovladače samostatným tlačítkem)
- ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka
- pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění (např. čela kovová s výplní z vysokotlakého laminátu nebo plastová) s aretací proti samovolnému vytažení při transportu.
- Čelo lůžka musí v horní části lůžka uprostřed umožnit doplnění přitahovacího popruhu pro pacienta

Požadované příslušenství:

- **antidekubitní matrace 34 ks** s rozdělením použití v riziku dle stupnice Nortonové III., hustota jádra min. 40 kg/m<sup>3</sup>,
  - výška min. 14 cm
  - voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah popř. potah hygienickou folií, rozepínatelný ze tří stran,
  - svařované švy,
  - možnost praní při 60-90°C,
  - potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi,
- hrazda s výškově stavitelnou rukojetí,
- držák močové láhve
- držák infuzních roztoků

**c) Lůžko s laterálním náklonem – 4 ks**

- celkové provedení v souladu s ČSN EN 60601-2-52:2010
- konstrukce lůžka v provedení pro laterální náklon min. 20° na obě strany podélné osy lůžka
- materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí s minimalizací rizika poškození elektromechanických částí lůžka (motor, elektronika ovládání apod.), nejlépe kryt motoru k jeho ochraně při provádění omývání a desinfekce lůžka
- minimálně 4 dílná ložná plocha, polohování zádového a stehenního dílu elektricky a lýtkový díl pomocí mechanického hřebene



**Pardubický kraj**, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822  
zastoupený příspěvkovou organizací

**ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk**  
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK IČ 00196096 DIČ CZ00196096

- díly ložné plochy kompaktní s jednoduchou dezinfikovatelností personálem,
- polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15% a nožní části 40° s tolerancí +/- 15%, lýtkového dílu min. 20°, rovněž nastavení do polohy Trendelenburg a Antitrendelenburg min. 16°.
- možnosti autoregrese zádového a nožního dílu
- velikost ložné plochy min. 90x200 cm s možností prodloužení ložné plochy min. o 20 cm
- výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 43-83cm
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 300 kg
- postranice zajišťující pacienta proti pádu v provedení průběžného systému s ukotvením a pohybem v krajních vertikálních lištách, možnost spuštění ze středu lůžka bez nutnosti odjišťování v jednotlivých rozích,
- úchyty (držáky) a háčky pro příslušenství v hlavové části i v nožní části
- kolečka o průměru min. 150 mm s centrální brzdou pomocí dvou nožních pedálů
- plastový kryt podvozku
- ruční ovladač polohování s blokadí polohovacích funkcí, podsvícený
- sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburkova poloha)
- ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka
- pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění (např. čela kovová s výplní z vysokotlakého laminátu nebo plastová) s aretací proti samovolnému vytažení při transportu
- 2x nožní pedál s min. 7 funkcemi - z každé strany lůžka jeden (minimálně: laterální náklon pravý, laterální náklon levý, CPR poloha, vyšetřovací poloha, polohování ložné plochy nahoru, polohování ložné plochy dolů + aktivace pedálů)

#### Požadované příslušenství:

- antidekubitní matrace **4 ks** s rozdělením použití v riziku dle stupnice Nortonové III.,
  - hustota jádra min. 40 kg/m<sup>3</sup>,
  - výška min. 14 cm
  - voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah popř. potah hygienickou folií, rozepínatelný ze tří stran,
  - potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi,
  - svařované švy,
  - možnost praní při 60-90°C,
  - použití v riziku dle stupnice Nortonové – III.
- hrazda s výškově stavitelnou rukojetí,
- držák močové láhve
- držák infuzních roztoků



Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822  
zastoupený příspěvkovou organizací

**ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk**  
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK IČ 00196096 DIČ CZ00196096

Příloha č.2

## Formulář - Krycí list nabídky

pro právnické a fyzické osoby

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

<b>Předmět veřejné zakázky:</b>		<b>Dodávka elektrických lůžek s antidekubitními matracemi</b>	
<b>Uchazeč o veřejnou zakázku - identifikační údaje</b>			
<b>Obchodní firma nebo název případně jméno a příjmení</b>			
<b>Sídlo, místo podnikání případně místo trvalého pobytu (celá adresa včetně PSČ)</b>			
<b>Právní forma:</b>			
<b>IČ:</b>		<b>DIČ:</b>	
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby			
<b>a) Nemocniční lůžko (2 ks):</b>			
Cena v Kč bez DPH:		Kč	
Daň z přidané hodnoty v Kč:		Kč	
<b>Cena v Kč:</b>		<b>Kč</b>	
<b>b) Zdravotnické lůžko (34 ks):</b>			
Cena v Kč bez DPH:		Kč	
Daň z přidané hodnoty v Kč:		Kč	
Cena v Kč:		<b>Kč</b>	
<b>c) Lůžko s laterálním náklonem (4ks):</b>			
Cena v Kč bez DPH:		Kč	
Daň z přidané hodnoty v Kč:		Kč	
<b>Cena v Kč:</b>		<b>Kč</b>	
<b>Rekapitulace pro hodnocení</b>			
Celková nabídková cena v Kč bez DPH		DPH	Nabídková cena včetně DPH
Kč		Kč	Kč
<b>Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky v týdnech celkem:</b>			
<b>Délka záruční doby na dodané zboží v měsících:</b>			

V ....., dne .....

.....  
Razítko a podpis uchazeče