

LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednot

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky
		<u>PS 201 - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE A DROBNÁ TECHNOLOGIE, SO 01 A SO 02</u>
T-0910		Defibrilátor automatický externí defibrilátor (AED), přenosný; bifázický výbojový režim; display s velkým rozlišením; napájení t
T-0920		Odsávačka el. přenosná dvoupístová, rychlost sání 22l/min; sací podtlak -0,85bar; 1l lal tichý provoz; český návod
T-1013		Pumpa infuzní samostatně stojící nebo k uchycení na stojan, eurolištu; možnc
T-1105		Vak resuscitační s rezervoárem možnost ventilace jednou osobou; adaptabilní pro dýchání ma kyslíku; autoklávovatelný materiál; součást resuscitačního vyb. transparentní maska ve 3 velikostech
T-1355		Detektor alkoholu digitální profesionální přístroj; vysoká přesnost 1/1000 promile; rozsah na 500 měření; možnost volby test. módu - automatický, man napájecích baterií; upozornění na termín kalibrace; možnost p CE, ČMI

Typových cen, technické podmínky pro část 1

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem
	1	ks		0,-
voj, přednastavitelné úrovně výstupní energie; manuální/baterií; hlasové pokyny v českém jazyce; ukládání dat, možnost				
	2	ks		0,-
hev na sekret, silikonová sací hadice a mikrobiologický filtr;				
	5	ks		0,-
ost programování v režimu rychlost/ objem nebo objem/ čas;				
	4	ks		0,-
iskou a tracheální kanylou; s možností napojení na přívodavení - patientský ventil, otočný konektor, silikonová				
	3	ks		0,-
měření 0,000 - 6,000 promile; menu v českém jazyce; paměť uální, pasivní; velký podsvícený LCD display, dlouhá životnost řípení k PC; software pro zpracování dat z testeru; certifikát				

Celkem

bez DPH

0,-

DPH ve výši 21%	Cena v Kč včetně DPH celkem
0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-

Celkem
včetně DPH

LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotky

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky
		<u>PS 201 - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE A DROBNÁ TECHNOLOGIE, SO 01 A SO 02</u>
T-0415		Přístroj pro ECT přístroj pro elektrokonvulzivní terapii; proud pulzů 0,09A, tvar - c 70Hz s krokem 5Hz; délka stimulace 8 sekund; šířka pulzů 0,24/ C veličin 2xEEG + 1xEMG + 1xEKG nebo 4xEEG; vestavěný alarm při monitor hloubky anestezie; EEG analýza, FFT analýzy; seriové roz kabel, snímací kabel s 9 přichytkami jednorázových elektrod, pry. jednorázové elektrody, česká dokumentace, instruktážní DVD, pr

|

Typových cen, technické podmínky pro část 2

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem
	1	ks		0,-
obdélníkové, bipolární pulzy; programovatelná frekvence 10-100 Hz; šířka pulzů 0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,25/ 1,5 msek; hodnocení fyziologických křivek; 4 kanálová termotiskárna, skládaný papír; rozhraní RS 232; příslušenství - 3ks kovových elektrod, EKT, žvýací pás, orální protektor, držák kovové elektrody, držák program pro analýzu zaznamenaných veličin				

Celkem

bez DPH

0,-

DPH ve výši 21%	Cena v Kč včetně DPH celkem
0,-	0,-

Celkem
včetně DPH

0,-

LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro část 3

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem	DPH ve výši 15%
		PS 201 - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE A DROBNÁ TECHNOLOGIE, SO 01 A SO 02						
T-6010		Lůžko 2-dílné, mechanické, kotvené do podlahy		1	ks		0,-	0,-
		Lůžko musí splnit normu ČSN EN 60601-2-52, čtyřdílná ložná plocha, čistitelná a dezinfikovatelná, bez odnímatelných dílů z kovových lamel. Čela kovová, lakovaná s výplní HPL, neodnímatelná. Postranice minimálně 3/4 sklopné, kovové. Zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí plynové pístnice, lýtkový díl polohování hřeben. Integrované prodloužení ložné plochy minimálně o 150 mm, v hlavové části univerzální držák na příslušenství (infuzní stojan, hrazda). Nosnost lůžka minimálně 200 kg, pevná výška ložné plochy v 50 cm (tolerance +/- 5 cm), šířka ložné plochy 85 cm (tolerance +/- 2 cm), délka standardní ložné plochy 200 cm, nohy lůžka pro montáž-kotvení k podlaze. Matrace antidekubitní pasivní pro střední riziko vzniku dekubitu, paropropustný potah, voděnepropustný, antibakteriální; dezinfikovatelný, pratelný na 95 °C, vyměnitelný potah matrace se zipem a s ochranou proti zatékání tekutin, rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, nosnost do 200 kg, vhodná do polohovatelného lůžka. Možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním / materiálovým řešením vybavení dle PD interiéru						
T-6015		Lůžko 4-dílné, mechanické, pojízdné, s dřevěným obložením		30	ks		0,-	0,-
		Lůžko musí splnit normu ČSN EN 60601-2-52, čtyřdílná ložná plocha, čistitelná a dezinfikovatelná, bez odnímatelných dílů z kovových lamel. Čela kovová, lakovaná s výplní HPL, neodnímatelná. Postranice minimálně 3/4 sklopné, kovové. Zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí plynové pístnice, lýtkový díl polohování hřeben. Integrované prodloužení ložné plochy minimálně o 150 mm, v hlavové části univerzální držák na příslušenství (infuzní stojan, hrazda). Nosnost lůžka minimálně 200 kg, pevná výška ložné plochy v 50 cm (tolerance +/- 5 cm), šířka ložné plochy 85 cm (tolerance +/- 2 cm), délka standardní ložné plochy 200 cm, kolečka minimálně o průměru 125 mm, kov, 3 x brzda, 1 x směrová aretace. Matrace antidekubitní pasivní pro nízké riziko vzniku dekubitu, paropropustný potah, voděnepropustný, antibakteriální; dezinfikovatelný, pratelný na 95 °C, vyměnitelný potah matrace se zipem s ochranou proti zatékání tekutin, rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, nosnost matrace do 140 kg, 3-zónová, vhodná do polohovatelného lůžka. Možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním / materiálovým řešením vybavení dle PD interiéru. K 10 lůžkům (1/3) příslušenství do univerzálního držáku (hrazda, infuzní stojan).						
T-6017		Lůžko 4-dílné, mechanické, pojízdné		25	ks		0,-	0,-

		Lůžko musí splnit normu ČSN EN 60601-2-52, lůžko hydraulicky polohovatelné v krajních polohách 40 - 80 cm výšky (tolerance +/- 5 cm), čtyřdílná ložná plocha, čistitelná a dezinfikovatelná, bez odnímatelných dílů z kovových lamel. Čela kovová, lakovaná s výplní HPL, neodnímatelná. Postranice minimálně 3/4 sklopné, kovové. Zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí plynové pístnice, lýtkový díl polohování hřeben. Integrované prodloužení ložné plochy minimálně o 150 mm, v hlavové části univerzální držák na příslušenství (infuzní stojan, hrazda). Nosnost lůžka minimálně 200 kg, šířka ložné plochy 85 cm (tolerance +/- 2 cm), délka standardní ložné plochy 200 cm, kolečka minimálně o průměru 125 mm, kov, 3 x brzda, 1 x směrová aretace. Matrace antidekubitní pasivní pro vysoké riziko vzniku dekubitu, paropropustný potah, voděnepropustný, antibakteriální; dezinfikovatelný, pratelný na 95 °C, vyměnitelný potah matrace s se zipem s ochranou proti zatékání tekutin, rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, nosnost do 140 kg, , 3-zónová, vhodná do polohovatelného lůžka. Možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním / materiálovým řešením vybavení dle PD interiéru. K 12 kusům lůžkům (50 %) příslušenství do univerzálního držáku (hrazda, infuzní stojan).						
					Celkem	bez DPH	0,-	Celkem včetně DPH
Číslo položky ve výkazu výtvar	Části VZ	Název položky ve výkazu výtvar, technické podmínky	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem	DPH ve výši 21%
T-6302		Lehátko vyšetřovací 2-dílné s pevnou výškou, držák papírové role	888,-	6	ks		0,-	0,-
		Pojízdné vyšetřovací lehátko, výškově hydraulicky polohovatelné v rozmezí 50-95 cm (tolerance +/- 5 cm), s nastavitelnou dvoudílnou ložnou plochou, polohovatelný podhlavník, se sklopnými postranicemi min. 3/4, s centrální brzdou a aretací, kolečka o průměru min. 150 mm, s nosností min. 170 kg a s úchytem pro přídatnou část (infuzní stojan a držák role hygienického papíru). Kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem / nerezové; vrchní část lehátka čalouněná s voděodolným, paropropustným, umyvatelným povrchem se sníženou hořlavostí, dezinfikovatelné, možnost výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce; možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním / materiálovým řešením vybavení dle PD interiéru.						
T-6605		Váha osobní vč. výškoměru		2	ks		0,-	0,-
		Digitální váha; čitelný displej na stojanu; funkce ZAPNUTÍ - TÁRA - VYPNUTÍ; horní mez váživosti minimálně 200 kg, s možností metrologického ověření						
T-6712		Lůžko sprchové vč. polstrované vany a odpadní hadice		2	ks		0,-	0,-
		Výškově stavitelné pomocí hydrauliky, výška v rozsahu 50-90 cm (tolerance +/- 5 cm), celonerezová konstrukce; jednodílná ložná plocha se sklonem k odtokové části. Vana lehátka jednodílná s odtokovou drážkou, dezinfikovatelná, flexibilní odtoková hadice v nožní části lůžka, součástí lehátka podhlavní polštářek a uzávěr odtokové části. Plastový kryt podvozku, sklopné nerezové zábrany s pojistkou proti nechtěnému spuštění. 4 otočná kolečka o průměru minimálně 125 mm, s plastovým krytím a centrální brzdou. Nosnost minimálně 170 kg, vnitřní rozměr vany šířka 60 x délka 195 cm (tolerance +/- 5 cm).						
					Celkem	bez DPH	0,-	Celkem včetně DPH

Celkem nabídka 3. část

bez DPH

0,-

**Celkem
včetně DPH**

Cena v Kč včetně DPH celkem
0,-
0,-
0,-

0,-
Cena v Kč včetně DPH celkem
0,-
0,-
0,-
0,-

