

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
Sídlo:	Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví
IČ:	00190560
Zastoupen:	Mgr. Jana Tomšů, ředitelka
Kontaktní osoba:	Bc. Hana Jarošová
e-mail:	hanajarosova@ldn-rybitvi.cz
Název veřejné zakázky:	Dodávka zdravotnických lůžek s příslušenstvím
Druh zakázky / řízení:	dodávky / podlimitní / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 6.10.2021 uveřejněním na profilu zadavatele

V Rybitví, dne 11.10.2021

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím emailu dne 7.10.2021 v 16:11 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz:

„U technické specifikace lůžka: Plastový kryt podvozku – bude zadavatel akceptovat podvozek bez plastového krytu při zachování všech nároků na hygienu, dezinfikovatelnost a omyvatelnost, kterou renomované světové značky výrobců lůžek deklarují i při nesplnění tohoto požadavku?“

Odpověď: Zadavatel nebude akceptovat podvozek bez plastového krytu.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 11.10.2021 ve 08:01:21 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz:

1. „Zadavatel v technický parametrech u lůžka udává: kolečka v průměru minimálně 152 mm- Umožní zadavatel dodavateli kolečka 150 mm?“
2. Zadavatel v technických parametrech u nočních stolků udává: výška jídelní desky v rozsahu min. 75-105 cm- Umožní zadavatel dodavateli stůl s jídelní deskou ve výšce 81-111 cm.

Odpověď ad:

1. Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje upravený dokument. Jednalo se o přepis uvedené hodnoty. Správná hodnota je 150 mm.
2. Zadavatel do technické specifikace doplnil chybějící toleranci +/- 10 cm.

Mgr. Jana Tomšů