

Příloha č. 2 – Splnění technických požadavků

k veřejné zakázce:

"Dodávka zdravotnických lůžek s příslušenstvím"

Evidenční číslo zakázky: LDN 005/2021VZPOD

Specifikace předmětu dodávky

Výběr designových prvků (barvy materiálů) upřesní zadavatel s vybraným uchazečem.

Nemocniční (zdravotnické) lůžko – 50 ks

Specifikace lůžek	Doplň účástník (ANO/NE)	Doplň účástník (Popis)
provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52		
prohlášení o shodě		
materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí		
minimálně 4dílné lůžko polohovací, elektrické s polohováním zádové, stehenní a mechanicky lýtčkové části		
polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15 % a nožní části 40° s tolerancí +/- 15 % pomocí elektromotoru		
rozměr ložné plochy min. 85x200 cm s možností prodloužení ložné plochy		
výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně o 39 – 78 cm, nejnižší poloha ložné plochy max. 40 cm		
bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg		
postranice zajišťující pacienta proti pádu min po ¾ délky ložné plochy		
úchyty (držáky) pro příslušenství v hlavové části		
plastový kryt podvozku		
kolečka v průměru minimálně 150 mm s centrální brzdou se směrovou aretací ovládanou pomocí dvou nožních pedálů – kolečka uložená pod ložnou plochou lůžka		
díly ložné plochy kompaktní s dezinfikovatelností		

kryt motoru ochraňující motor při provádění umývání a desinfekce lůžka		
ruční ovladač s barevně odlišnými funkcemi pro polohování a s ochranou proti nechtěnému polohování		
ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka		
pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění s aretací proti samovolnému vytažení při transportu		
příslušenství:		
držák infuzních roztoků		
hrazda s výškově nastavitelnou rukojetí		
držák močové láhve		

Pasivní antidekubitní matrace – 50 ks

Specifikace pasivní antidekubitní matrace	Doplň účástník (ANO/NE)	Doplň účástník (Popis)
použití v riziku dle stupnice Nortonové – min. III.		
hustota jádra min. 40 kg/m ³		
výška min. 14 cm		
rozměr matrace dle rozměru ložné plochy lůžka		
voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah např. potah hygienickou fólií, rozepínatelný ze tří stran		
potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi		
svařované švy		
možnost praní při 60 – 90°C		

Noční stolek s jídelní deskou – 50 ks

Specifikace nočního stolku	Doplň účástník (ANO/NE)	Doplň účástník (Popis)
pojízdný, oboustranně přístupný, kovová konstrukce, dezinfikovatelný		
stolek dobře čistitelný		
konstrukce nočního stolku musí být ucelená, stabilní, bezpečná		
jídelní a odkládací deska se zvýšeným okrajem z plastu		
rozměr jídelní desky min. 55 x 33 cm		
jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací		
výška jídelní desky v rozsahu min. 75-105 cm s povolenou tolerancí +/- 10 cm		
brzditelná kolečka o průměru min. 65 mm		
uvnitř stolku prostor pro PET láhev		
plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice nebo pomocí posilující pružiny s automatickou aretací		
provedení stolku – min. horní zásuvka, nika, dolní dvířka nebo zásuvka z obou stran		