

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:

Dodávka lůžek pro Orlickoústeckou nemocnici

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 12. 10. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

Zadavatel v Příloze č. 2 pro část 4 zadávací dokumentace – Technické podmínky uvádí požadavek: pojezdová kola s centrálním ovládním plus páté kolo standartně používané v interiérech a navíc uvádí, vhodná pro převoz po areálu za nepříznivého počasí.

Dotaz:

Uchazeč standartně dodává stretchery s pojezdovými koly TENTE integrál, které jsou vhodná pouze do interiérů, nikoli pro venkovní použití. Tyto dva parametry v uvedené specifikaci si protirečí a nelze je dodržet.

Bude zadavatel trvat na parametru pojezdových kol pro venkovní použití?

Odpověď

Ano, zadavatel trvá na původním technickém zadání.

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.