



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Mycí a sterilizační přístroje a nástroje - znovuvyhlášení částí 5 a 7
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 18. 10. 2021

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Zadavatel v technických požadavcích na UZV čističku s proplachem uvádí požadavek na "Vnitřní rozměry: š 650 x h 300 x v220 mm". rozměr jsou uvedeny v pořadí Š x H x V

Námi dodávaná čistička je výrobcem označována jako délka 700 x šířka 350 x výška (hloubka) 210 mm / 50 litrů. Bude zadavatel akceptovat nabídku tohoto produktu?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat čističku, která je výrobcem označována 700 x šířka 350 x výška (hloubka) 210 mm / 50 litrů.

Dotaz:

Zadavatel v technických požadavcích na UZV čističku s proplachem mj. uvádí požadavek na "V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.)."

Námi dodávaná UZV čistička není zdravotnickým prostředkem a není u ní prováděna bezpečnostně technická kontrola.

Bude zadavatel akceptovat nabídku tohoto produktu?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabídku daného produktu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ ROVNĚŽ AKTUALIZUJE DOKUMENTY VE SMYSLU UMOŽNĚNÍ NABÍDNUTÍ ČISTIČKY, KTERÁ NENÍ ZDRAVOTNICKÝM PROSTŘEDKEM. Z TOHOTO DŮVODU JSOU AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY UDĚLÁNY VARIANTNĚ VE SMYSLU NABÍDNUTÍ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKU ČI NIKOLIV.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 30. 11. 2021 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Koláčková