

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

RTG přístroj pojízdný

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh veřejné zakázky: Dodávky

2. Označení zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace RTG přístroje pojízdného pro centrální urgentní příjem Orlickoústecké nemocnice v souladu s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Zdravotnické prostředky musí splňovat zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“).

Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zdravotnického prostředku včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně odborné montáže, instalace, uvedení do plného provozu a včetně instruktáže personálu podle zákona o zdravotnických prostředcích v platném znění.

Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:

- zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,

- instalace všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům (je-li funkce položek dodávky podmíněna takovým připojením)
- uvedení všech položek dodávky do plného provozu
 - odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti,
 - provedení zkušebního provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka zařízení mohla plnit sjednaný či obvyklý účel,
- dodání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení všech položek dodávky do plného provozu, splnění všech závazných podmínek předepsaných platnou legislativou k řádnému a nerušenému nakládání a užívání předmětu plnění veřejné zakázky,
 - dodání návodu k použití v ČJ,
 - předávací protokol,
 - provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu,
 - dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže,
 - dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného zdravotnického prostředku,
 - splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou ve vztahu k plnění předmětu veřejné zakázky,
 - doklad prokazující shodu (Prohlášení o shodě) v papírové i elektronické verzi,
 - v záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.)
- likvidace obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění.

Veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

Položka veřejné zakázky:

RTG přístroj pojízdný – 1 ks

Záruka za jakost

Předmět plnění zakázky dále zahrnuje záruku za jakost. Záruka za jakost spočívá v tom, že dodané zdravotnické vybavení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty včetně příslušenství, budou po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.

Zadavatel požaduje **záruční dobu v délce minimálně 24 měsíců ode dne úplného a řádného dodání předmětu plnění** (tj. od dodání všech, resp. poslední části předmětu plnění). Záruční servis pro záruku za jakost bude poskytován bezplatně a obsahuje:

- bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů bezpečnostně technických kontrol, validací, kalibrací, servisních a preventivních prohlídek v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích, v platném znění, a v záruční době u ostatního zařízení bezplatné provádění pravidelných revizí / prohlídek / validací / kalibrací / zkoušek dlouhodobé stability/ servisních a preventivních prohlídek v požadovaném intervalu pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů a případný update software, vše včetně vystavení protokolu, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny,
- bezplatné záruční opravy a odstranění závad, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající,
- veškeré servisní činnosti musí být provedeny v co nejkratším termínu kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou vyškoleni výrobcem a vlastní certifikáty vydané výrobcem dle platných předpisů a norem,
- po provedení opravy nebo odstranění závad u zdravotnické techniky při pravidelných servisních úkonech poskytovatel servisních služeb dodá veškerá zejména veřejnoprávní rozhodnutí, povolení, doklad prokazující shodu, zaškolení zdravotnického personálu včetně vyhotovení zápisu a ostatní nezbytné doklady v souladu s platnou legislativou potřebné pro bezpečné používání zdravotnické techniky při poskytování zdravotní péče,
- poskytovatel servisních služeb nese odpovědnost v rámci předmětu plnění veřejné zakázky za řádné provedení servisních služeb,
- v případě škody způsobené třetí osobě dodanou zdravotnickou technikou v důsledku závady v provedeném servisním úkonu nebo v provedené opravě dle objednávky opravy, odpovídá za veškerou škodu způsobenou třetí osobě výhradně poskytovatel servisních služeb, a to ze sjednaného pojištění.

Předání dodávek ze strany dodavatele do užívání uživateli bude provedeno předáním jednotlivých položek věcného plnění písemnou protokolární formou. Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v rozsahu zadávacích podmínek této veřejné zakázky.

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Celková cena bez DPH:	1 541 000,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 864 610,00 Kč

5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v nadlimitním otevřeném řízení.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo došlé nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Siemens Healthcare, s. r. o.	Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4	04179960	1 986 000,-
2	F medical s. r. o.	Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové	02464454	1 599 600,-
3	FOMEI s. r. o.	U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8	46504869	1 541 000,-
4	EXRAY s. r. o.	Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí	01647580	1724 100,-

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma	Sídlo společnosti	IČO
FOMEI s. r. o.	U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8	46504869

Odůvodnění:

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla stanovena na základě nejnižší nabídkové ceny.

Pořadí nabídek bylo sestaveno podle výše nabídkové ceny bez DPH tak, že na prvním místě byla nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.

Výsledné pořadí nabídek

Pořadí nabídek	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	FOMEI s. r. o.	U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8	46504869	1 541 000,-
2	F medical s. r. o.	Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové	02464454	1 599 600,-
3	EXRAY s. r. o.	Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí	01647580	1 724 100,-

4	Siemens Healthcare, s. r. o.	Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4	04179960	1 986 000,-
---	---------------------------------	---------------------------------------	----------	-------------

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka FOMEI s. r. o. Hodnotící komise provedla posouzení nabídky a dospěla k závěru, že nabídka splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužito.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Povaha předmětu plnění nevyžaduje dělení veřejné zakázky na části.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.