

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Dodávka 1 ks bifázického defibrilátoru s monitorem a 4 ks automatického elektrického defibrilátoru
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Druh řízení:	Zakázka malého rozsahu

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Sídlo:	Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová
IČO:	001 93 895

Odpověď na žádost dodavatele ze dne 219 října 2021:

Dotaz dodavatele:

Vážený zadavateli,

zasíláme Vám žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V příloze v technické specifikaci pro 4 ks Automatického externího defibrilátoru je požadováno:

- Včetně příslušenství: Elektrody pro dospělé, Elektrody pro děti, dobíjecí baterie a nabíječka, transportní brašna.

Zadavatel požaduje dobíjecí baterie a nabíječku.

Účastník by zadavateli rád nabídl AED při splnění všech ostatních parametrů, vyjma dobíjecí baterie a nabíječky.

Alternativou pro požadavek na dobíjecí baterii je, že součástí nabízeného AED je velmi kvalitní bezúdržbová baterie Li-MnO₂ 4200 mAh, s životností 6 let při provádění samotestu každý týden, nebo 5 let při provádění samotestu každý den.

Baterie nevyžaduje žádnou uživatelskou údržbu ani nabíjení. Kapacita baterie - poskytne 350 výbojů při 200 J (3 výboje za minutu). Po indikaci na nutnost výměny, baterie ještě poskytne 10 výbojů při 200 J a 30 minut provozní doby.

Na základě praktických a klinických zkušeností má účastník za to, že AED s takovou baterií splňuje všechny požadavky a normy na zajištění bezpečnosti pacientů při použití AED, svou kapacitou poskytuje velmi dlouhou dobu životnosti pro zajištění plného provozu AED a proto je požadavek na dobíjecí baterie s nabíječkou neopodstatněný. Tato technická odchylka od zadání nijak neovlivňuje medicínský účel, za kterým je tento zdravotnický prostředek pořizován.

Bude zadavatel akceptovat nabídku AED s bezúdržbovou baterií popsanou výše, bez dobíjecí baterie a nabíječky?

Děkuji a jsem s pozdravem

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na stanovených zadávacích podmínkách trvá a nebude je měnit. Požadavek na dodávky dobíjecí baterie s nabíječkou v rámci příslušenství platí.

Lhůta pro podání nabídek se v souvislosti s tímto vysvětlením nemění.

V Poličce dne 21. října 2021

.....
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel AREA 2000 s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele