

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 275 20 536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: Sterilizátor pro Orlickoústeckou nemocnici
Režim veřejné zakázky: Otevřené nadlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky

V Pardubicích dne 21. 10. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

1.V tech. specifikaci zadavatel požaduje: "Vnější rozměr přístroje v mm: šířka 600 x výška 1500 – hloubka 805"
Dotaz: Bude zadavatel akceptovat sterilizátor s rozměry v mm: šířka 595 x výška 1575 x hloubka 880?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 2:

2. V tech. specifikaci zadavatel požaduje: "Rozměr komory v mm: šířka 320 x výška 320 - hloubka 625"
Dotaz: Bude zadavatel akceptovat rozměr komory v mm: šířka 320 x výška 320 x hloubka 620?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 3:

3. V tech. specifikaci zadavatel požaduje: "Objem komory: celkový 73 litrů"
Dotaz: Bude zadavatel akceptovat objem 63 litrů s kapacitou 1STJ?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 11. 2021 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.