

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

### 1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

#### **Infuzní a transfuzní sety, část 7**

Název části veřejné zakázky

#### **Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 250 cm**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

### 2. Označení zadavatele

**Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

### 3. Předmět veřejné zakázky

#### **Popis předmětu plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zdravotnického spotřebního materiálu – **infuzních a transfuzních setů** - do míst plnění, **po dobu 1 roku**, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice, a to v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Jednotlivým pracovištím musí být po stanovenou dobu zajištěna nepřetržitá dodávka požadovaných druhů a množství předmětu plnění. Dodávky budou realizovány na základě objednávek jednotlivých pracovišť zadavatele.

Předmět plnění veřejné zakázky - zdravotnický materiál – **infuzní a transfuzní sety**

- jsou určeny pro použití u poskytovatele zdravotních služeb a musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jeho distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů, a to zejména podle platného zákona o zdravotnických prostředcích a podle příslušných nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky. Z předložených listin musí vyplývat zejména obchodní název, typ (druh) zdravotnického spotřebního materiálu a skutečnost, že dodavatelem nabízený zdravotnický spotřební materiál splňuje požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci.

- musí být nové, v provedení a jakosti určený dle zadávacích podmínek pro použití ve zdravotnických zařízeních při poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonnými požadavky. Provedení a jakost předmětu plnění veřejné zakázky musí zejména odpovídat
  - vlastnostem, které účastník na základě požadavků zadavatele popsal v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě bude uzavřena kupní smlouva, a **dodaným vzorkům**,
  - vlastnostmi, jež se hodí k účelu vyplývajícímu z použití ve zdravotnickém zařízení při poskytování zdravotních služeb,
  - požadavkům právních předpisů, a to zejména zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění, a prováděcím předpisům, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, jakož i obecně závazným právním předpisům ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům na území České republiky.

### Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí ve smyslu ustanovení § 35 a § 101 odst. 1 a 2 ZZVZ.

| 1. část veřejné zakázky – „Transfuzní souprava s filtrem pro vaky“ |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Položky části 1 veřejné zakázky                                    | Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok |
| Transfuzní souprava s filtrem pro vaky                             | 19 175                               |

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 1. Účastník, který podává svoji nabídku do části 1 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 1 a vloží do nabídky.

| 2. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro spádovou infuzi“ |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Položky části 2 veřejné zakázky                                  | Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok |
| Infuzní souprava pro spádovou infuzi                             | 238 342                              |

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 2. Účastník, který podává svoji nabídku do části 2 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 2 a vloží do nabídky.

| 3. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava s regulátorem průtoku pro spádové infuze“ |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Položky části 3 veřejné zakázky   | Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok |
| Infuzní souprava s regulátorem průtoku pro spádové infuze                             | 10 230                               |

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 3. Účastník, který podává svoji nabídku do části 3 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 3 a vloží do nabídky.

| <b>4. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách ARGUS 404,414,707, 400/E,717V“</b> |   |
|---|---|
| <b>Položky části 4 veřejné zakázky</b>  | <b>Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok</b> |
| Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách ARGUS 404,414,707, 400/E,717V                                    | 16 800                                      |

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 4. Účastník, který podává svoji nabídku do části 4 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 4 a vloží do nabídky.

| <b>5. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách IVAC 581“</b> |   |
|--|---|
| <b>Položky části 5 veřejné zakázky</b>   | <b>Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok</b> |
| Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách IVAC 581                                    | 1 520                                       |

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 5. Účastník, který podává svoji nabídku do části 5 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 5 a vloží do nabídky.

| <b>6. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 150cm“</b> |   |
|--|---|
| <b>Položky části 6 veřejné zakázky</b>   | <b>Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok</b> |
| Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 150cm                                    | 7 600                                       |

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 6. Účastník, který podává svoji nabídku do části 6 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 6 a vloží do nabídky.

| <b>7. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 250 cm“</b> |   |
|---|---|
| <b>Položky části 7 veřejné zakázky</b>  | <b>Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok</b> |
| Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 250                                       | 3 600                                       |

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 7. Účastník, který podává svoji nabídku do části 7 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 7 a vloží do nabídky.

| <b>8. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách OPTIMA PT, OPTIMA PT CZ,MODULE MVP, INFUZOMAT P, délka hadičky 150cm“</b> |   |
|--|---|
| <b>Položky části 8 veřejné zakázky</b>   | <b>Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok</b> |
| Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách OPTIMA PT, OPTIMA PT CZ,MODULE MVP, INFUZOMAT P, délka hadičky 150cm                                    | 162 900                                     |

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 8. Účastník, který podává svoji nabídku do části 8 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 8 a vloží do nabídky.

| <b>9. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUZOMAT P, délka hadičky 180cm“</b> |   |
|--|---|
| <b>Položky části 9 veřejné zakázky</b>   | <b>Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok</b> |
| Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUZOMAT P, délka hadičky 180cm                                    | 7 100                                       |

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 9. Účastník, který podává svoji nabídku do části 9 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 9 a vloží do nabídky.

| <b>10. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách VOLUMAT AGILIA,VOLUMAT MC AGILIA“</b> |   |
|---|---|
| <b>Položky části 10 veřejné zakázky</b>   | <b>Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok</b> |
| Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách VOLUMAT AGILIA,VOLUMAT MC AGILIA                                     | 5 640                                       |

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 10. Účastník, který podává svoji nabídku do části 10 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 10 a vloží do nabídky.

Každý dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo na všechny části této veřejné zakázky.

Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky samostatně, a to i v případě, že je podává tentýž dodavatel. Součástí každé nabídky pro danou část musí být veškeré doklady doloženy samostatně.

Každá část bude hodnocena a posuzována samostatně. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná kupní smlouva. Závazný návrh kupní smlouvy pro všechny části (dále jen „smlouvy“ nebo „smlouva“) je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Uvedená množství jednotlivých položek částí veřejné zakázky za období 1 roku jsou pouze orientační. Předpokládané množství je stanoveno na základě zkušeností zadavatele s obdobným předmětem plnění z minulého období a nemusí odpovídat skutečné spotřebě zadavatele v budoucnu.

Zadavatel (kupující) je oprávněn neodebrat předpokládané množství, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní množství jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany účastníka (dodavatele) z důvodu nedodržení předpokládaného množství dodávek.

## Požadovaná minimální záruční doba, expirace

Minimální záruční doba u dodaného zboží do konce expirace: 12 měsíců

Doba použitelnosti od okamžiku odevzdání předmětu plnění na jednotlivá pracoviště musí činit nejméně 12 měsíců.

## Další požadavky pro všechny části

- **na dodání zboží**

Skutečný odběr dodávek na základě spotřeby zadavatele bude dán jeho jednotlivými dílčími objednávkami. Součástí dodávek je dodání zboží na jednotlivá pracoviště zadavatele ve vhodném balení s ohledem na příslušné množství, dále doprava do jednotlivých pracovišť zadavatele a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro jeho použití.

- **na zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě v požadovaných formátech**

Zadavatel preferuje zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě ve formátech DL6, DOD – verze minimálně 8, pro faktury dále formát ISDOC. vč. aktualizace dle technického vývoje jednotlivých formátů či změn v legislativě.

- **na dodání vzorků**

Zadavatel požaduje dodání vzorků zboží určeného k dodání k ověření splnění závazných charakteristik a požadavků.

Dodavatel doloží požadované množství vzorků dle požadavků zadavatele uvedených v tabulce níže k ověření splnění závazných charakteristik a požadavků:

| Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky            | Položka veřejné zakázky                | Požadované množství dodaných vzorků |
|----------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1                    | Transfuzní souprava s filtrem pro vaky | Transfuzní souprava s filtrem pro vaky | 1 ks                                |

| Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky          | Položka veřejné zakázky              | Požadované množství dodaných vzorků |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | Infuzní souprava pro spádovou infuzi | Infuzní souprava pro spádovou infuzi | 1 ks                                |

| Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky                               | Položka veřejné zakázky                                   | Požadované množství dodaných vzorků |
|----------------------|---|---|-------------------------------------|
| 3                    | Infuzní souprava s regulátorem průtoku pro spádové infuze | Infuzní souprava s regulátorem průtoku pro spádové infuze | 1 ks                                |

| Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky  | Položka veřejné zakázky  | Požadované množství dodaných vzorků |
|----------------------|--|--|-------------------------------------|
| 4                    | Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách ARGUS 404,414,707, 400/E,717V | Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách ARGUS 404,414,707, 400/E,717V | 1 ks                                |

| Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky   | Položka veřejné zakázky   | Požadované množství dodaných vzorků |
|----------------------|---|---|-------------------------------------|
| 5                    | Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách IVAC 581 | Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách IVAC 581 | 1 ks                                |

| Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky   | Položka veřejné zakázky   | Požadované množství dodaných vzorků |
|----------------------|---|---|-------------------------------------|
| 6                    | Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 150cm | Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 150cm | 1 ks                                |

| Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky   | Položka veřejné zakázky   | Požadované množství dodaných vzorků |
|----------------------|---|---|-------------------------------------|
| 7                    | Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 250cm | Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 250cm | 1 ks                                |

| Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky   | Položka veřejné zakázky   | Požadované množství dodaných vzorků |
|----------------------|---|---|-------------------------------------|
| 8                    | Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách OPTIMA PT, OPTIMA PT CZ,MODULE MVP, INFUZOMAT P, délka hadičky 150cm | Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách OPTIMA PT, OPTIMA PT CZ,MODULE MVP, INFUZOMAT P, délka hadičky 150cm | 1 ks                                |

| Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky   | Položka veřejné zakázky   | Požadované množství dodaných vzorků |
|----------------------|---|---|-------------------------------------|
| 9                    | Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUZOMAT P, délka hadičky 180cm | Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUZOMAT P, délka hadičky 180cm | 1 ks                                |

| Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky  | Položka veřejné zakázky  | Požadované množství dodaných vzorků |
|----------------------|--|--|-------------------------------------|
| 10                   | Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách VOLUMAT AGILIA, VOLUMAT MC AGILIA | Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách VOLUMAT AGILIA, VOLUMAT MC AGILIA | 1 ks                                |

#### 4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Celková cena bez DPH: 170 100,00 Kč  
 Celková cena včetně DPH: 205 821,00 Kč

#### 5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

#### 6. Označení účastníků zadávacího řízení

| Pořadové číslo došlé nabídky | Název účastníka         | Sídlo účastníka                 | IČO      | Nabídková cena v Kč bez DPH |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------|
| 1                            | B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 | 48586285 | 170 100,-                   |

#### 7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

#### 8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

| Obchodní firma          | Sídlo společnosti               | IČO      |
|-------------------------|---------------------------------|----------|
| B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 | 48586285 |

**Odůvodnění:**

Jediným hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny. Komise neprováděla hodnocení nabídek, neboť v zadávacím řízení byla podána jediná nabídka. Hodnotící komise provedla posouzení nabídky. Nabídka účastníka B. Braun Medical s.r.o. splnila veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

**9. Označení poddodavatele/ů**

Nejsou žádní poddodavatelé.

**10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem**

Nepoužito.

**11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Nepoužito.

**12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Nepoužito.

**13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému**

Nezrušeno.

**14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Nepoužito.

**15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření**

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

**16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části**

Veřejná zakázka je rozdělená na části.

**17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ**

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.