

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 275 20 536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: Stenty urologické
Režim veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky

V Pardubicích dne 5. 11. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Zadavatel mimo jiné požaduje v příloze č.2 ZD - Technické podmínky pro všechny části VZ: „měkčený polyuretan (PUR), bez latexu“.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat i jiný materiál, který je biokompatibilní, s lepšími výsledky pro pacienta, přičemž doba zavedení bude dle rozdělení v zadávací dokumentaci.

Odpověď

Zadavatel trvá na požadovaném materiálu, a to z důvodu, že se jedná o standartní materiál používaný při výrobě těchto stentů a zároveň se osvědčil na pracovištích zadavatele.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.