

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 98, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 275 20 536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynek Rais, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: Dodávka pomůcek pro inkontinenci
Režim veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky

V Pardubicích dne 8. 11. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

chtěli bychom se zeptat, jestli bude Zadavatel pro část 1 Podložka pod nemocné, akceptovat také nižší savost?

Zadavatel stanovuje v zadávací dokumentaci, v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky, pro Část 1 Podložka pod nemocné pro podložku 60x60 savost 960 ml. U této podložky 60x60cm zadavatel požaduje o 74% vyšší savost než u podložky 40x60cm ale tato podložka má pouze o 50% větší plochu, než podložka 40x60cm. Domníváme se, že podložka 60x60cm se savostí 960ml je na hranici technických možností. Vyrobit takovou podložku je technicky a tím i nákladově náročné. Co současně nezohledňuje Předpokládaná hodnota za předpokládané množství uvedená v části 3 Zadávací dokumentaci.

Může Zadavatel vysvětlit, z jakých podkladů vycházel při stanovení savosti podložek a k jakým účelům by měla být podložka 60x60 použita?

V zakázkách s obdobným rozsahem plnění, které byly vypsány zdravotnickými subjekty se požadavky na savost absorpčních podložek pohybují v rozmezí:

Podložka 40x60cm 400 – 550 ml

Podložka 60x60cm 700 - 800 ml

Podložka 60x90cm 1000 - 1350 ml

Navrhujeme, aby Zadavatel akceptoval savost v toleranci +/- 15% a sjednotil určení savosti takto:

Podložka 40x60cm 550 ml

Podložka 60x60cm 800 ml

Podložka 60x90cm 1350 ml

A nebo upravil požadavek na savost následujícím způsobem:

Podložka 40x60cm 500-650 ml

Podložka 60x60cm 750-950 ml

Podložka 60x90cm 1100-1300 ml

Odpověď

Zadavatel trvá na zadaných parametrech savosti v části 1 – Podložky pod nemocné, viz technická specifikace.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.