

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 275 20 536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: Stenty urologické
Režim veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky

V Pardubicích dne 10. 11. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:**Dotaz vztahující se k částem 1-3 VZ:**

1. část veřejné zakázky – „Ureterální stent - Double J, střednědobý až dlouhodobý, s vodičem“
2. část veřejné zakázky – „Ureterální stent - Double J, střednědobý až dlouhodobý, s hydrofilním vodičem - varianta 1“
3. část veřejné zakázky – „Ureterální stent - Double J, střednědobý až dlouhodobý, s hydrofilním vodičem - varianta 2“

Dle zadávací dokumentace – Příloha č. 2 – Technické podmínky-všechny části - zadavatel požaduje velikost stentu u všech tří částí veřejné zakázky - 4.8 FR. Bude zadavatel akceptovat velikost stentu 4.7 FR? Všechny ostatních technické parametry a velikosti stentů dle zadávací dokumentace splňujeme v plném rozsahu.

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat velikost stentu 4.7 FR.

Dotaz č. 2:**Dotaz vztahující se k částem 2 a 3 VZ:**

2. část veřejné zakázky – „Ureterální stent - Double J, střednědobý až dlouhodobý, s hydrofilním vodičem - varianta 1“
3. část veřejné zakázky – „Ureterální stent - Double J, střednědobý až dlouhodobý, s hydrofilním vodičem - varianta 2“

Dle zadávací dokumentace – Příloha č. 2 – Technické podmínky -všechny části – zadavatel požaduje průměr vodiče 0,035" (0,89mm). Bude zadavatel akceptovat průměr vodiče 0,038" u velikostí 6, 7 a 8 FR? Námi nabízené stenty 6, 7 a 8 FR jsou kompatibilní s vodícím drátem o průměru 0,038", stenty i vodící dráty jsou součástí balení.

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat průměr vodiče 0,038 a to z důvodu, že v urologii je standardním rozměrem požadovaný průměr 0,035 z důvodu kompatibility různých výrobců zavaděčů a stentů.

Dotaz č. 3:

Pro část 1 je uveden požadavek: součástí sady musí být zavaděč s RTG markerem – délka min. 40 cm (pro velikost 4.8 FR min. 70 cm). Bude prosím zadavatel akceptovat u velikosti 4.8 FR délku zavaděče 45cm?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat u velikosti 4.8 FR délku zavaděče 45 cm.

Dotaz č. 4:

Pro část 1 je uveden požadavek na průměr vodiče 0,035" (0,89mm). Bude prosím zadavatel akceptovat u velikosti CH 4.8 průměr vodiče 0,028"?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat průměr vodiče 0,028 a to z důvodu, že v urologii je standardním rozměrem požadovaný průměr 0,035 z důvodu kompatibility různých výrobců zavaděčů a stentů.

ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 29. 11. 2021 DO 10:00 HODIN.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.