

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen také „ZZVZ“)

<b>Zadavatel:</b>	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
<b>IČO:</b>	275 20 536
<b>Zastoupený:</b>	MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
<b>Název veřejné zakázky:</b>	Stenty trávící systém
<b>Režim veřejné zakázky:</b>	Zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Dodávky

V Pardubicích dne 11. 11. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1:

Dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Technické podmínky pro část 1, 2, 3, 6, 7) je největší požadovaná velikost poptávaných nástrojů 11,5 F., bude Zadavatel akceptovat velikost 12 F.?

### Odpověď

**Zadavatel bude akceptovat velikost 12 F jako největší velikost pro nástroje v části 1, 2, 3, 6 a 7.**

**ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 30. 11. 2021 DO 10:00 HODIN.**

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.