

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 275 20 536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: Stenty trávící systém
Režim veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky

V Pardubicích dne 16. 11. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Ve veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení – „Stenty trávící systém“ v části č. 3 – „Biliární stent plastový, rovný“ zadavatel požaduje v technické specifikaci možnost výběru délky 3-15 cm pro PE stenty. Bude zadavatel akceptovat možnost výběru délky 5-15 cm?

Odpověď

Zadavatel v části 3 – „Biliární stent plastový, rovný“ bude akceptovat možnost výběru délky 5 - 15 cm (délka mezi chlopničkami) pro všechny velikosti PE stentů.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 3. 12. 2021 DO 10:00 HODIN.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.