

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

### 1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

#### **Intravenózní kanyly - 1**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

### 2. Označení zadavatele

**Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

### 3. Předmět veřejné zakázky

#### 3.1. Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávek zdravotnického spotřebního materiálu – intravenózních bezpečnostních kanyl - do míst plnění, po dobu 1 roku, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice, a to v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky specifikovaný v této zadávací dokumentaci a v souladu se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci. Jednotlivým pracovištím musí být po stanovenou dobu zajištěna nepřetržitá dodávka požadovaných druhů a množství předmětu plnění. Dodávky budou realizovány na základě objednávek jednotlivých pracovišť zadavatele.

Předmět plnění veřejné zakázky - zdravotnický materiál - **intravenózní kanyly bezpečnostní**

- jsou určeny pro použití u poskytovatele zdravotních služeb a musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jeho distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů, a to zejména podle platného zákona o zdravotnických prostředcích a podle příslušných nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky. Z předložených listin musí vyplývat zejména obchodní název, typ (druh) zdravotnického spotřebního materiálu a skutečnost, že dodavatelem nabízený zdravotnický spotřební materiál splňuje požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci.
- musí být nové, v provedení a jakosti určený dle zadávacích podmínek pro použití ve zdravotnických zařízeních při poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonnými požadavky. Provedení a jakost předmětu plnění veřejné zakázky musí zejména odpovídat

- o vlastnostem, které účastník na základě požadavků zadavatele popsal v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě bude uzavřena kupní smlouva, a **dodaným vzorkům**,
- o vlastnostmi, jež se hodí k účelu vyplývajícímu z použití ve zdravotnickém zařízení při poskytování zdravotních služeb,
- o požadavkům právních předpisů, a to zejména zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění, a prováděcím předpisům, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, jakož i obecně závazným právním předpisům ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům na území České republiky.

Název položky veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba položky v ks za 12 měsíců	Předpokládaná cena za 1 ks v Kč bez DPH	Předpokládaná cena v Kč bez DPH za 12 měsíců
<b>Kanyly s křídélky, bez portu, bezpečnostní</b>			
Kanyla s křídélky, bez portu, bezpečnostní, šedivá 16G, délka 45-50mm	100	10,50 Kč	1 050 Kč
Kanyla s křídélky, bez portu, bezpečnostní, zelená 18G, délka 45-50mm	50	10,50 Kč	525 Kč
Kanyla s křídélky, bez portu, bezpečnostní, růžová 20G, délka 32mm	13 400	10,50 Kč	140 700 Kč
Kanyla s křídélky, bez portu, bezpečnostní, modrá 22G, délka 25mm	31 350	10,50 Kč	329 175 Kč
Kanyla s křídélky, bez portu, bezpečnostní, žlutá 24G, délka 19mm	2 300	10,50 Kč	24 150 Kč
<b>Kanyly s portem a křídélky, bezpečnostní</b>			
Kanyla s portem a křídélky, bezpečnostní, žlutá, 24G, délka 19mm	3 250	15,00 Kč	48 750 Kč
Kanyla s portem a křídélky, bezpečnostní, modrá, 22G, délka 25mm	35 050	15,00 Kč	525 750 Kč
Kanyla s portem a křídélky, bezpečnostní, růžová, 20G, délka 33mm	36 000	15,00 Kč	540 000 Kč
Kanyla s portem a křídélky, bezpečnostní, růžová, 20G, délka 25mm	600	15,00 Kč	9 000 Kč
Kanyla s portem a křídélky, bezpečnostní, zelená, 18G, délka 45-50mm	4 150	15,00 Kč	62 250 Kč
Kanyla s portem a křídélky, bezpečnostní, bílá, 17G, délka 45-50mm	550	15,00 Kč	8 250 Kč
Kanyla s portem a křídélky, bezpečnostní, šedá, 16G, délka 45-50mm	150	15,00 Kč	2 250 Kč
Kanyla s portem a křídélky, bezpečnostní, oranžová, 14G, délka 45-50mm	300	15,00 Kč	4 500 Kč

Uvedená množství jednotlivých položek za období 1 roku jsou pouze orientační. Jsou stanovena na základě zkušeností jednotlivých pracovišť zadavatele s obdobným předmětem plnění z minulého období a nemusí odpovídat skutečné spotřebě zadavatele v budoucnu.

Zadavatel (kupující) je oprávněn neodebrat předpokládané množství, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní množství jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých potřeb.

### 3.2. Technické požadavky na předmět plnění

#### Kanyly bezpečnostní s křídélky

- pevný, neohebný zavaděč s ostrým hrotem k minimalizaci punkčního traumatu
- hladký povrch po celé délce
- manipulace a punkce jednou rukou
- tenkostěnná
- uzávěr se závitem
- pasivní bezpečnostní prvek nelze obejít nesprávnou manipulací
- snadná penetrace kůže a žilní stěny
- tlaková odolnost katetru odpovídající průsvitu kanyly
- bezftalátové
- délka – tolerance +/-10%
- poddajná formovatelná křídélka nezpůsobující otlaky
- křídélka umožňující bezpečnou fixaci
- kanyla musí být při použití odolná proti zalomení a musí být zachována průchodnost kanyly
- RTG označení – kontrastní značky viditelné na těle kanyly pod rentgenem
- větší rozsah úhlů pro kanylaci
- transparentní zpětná komora

#### Kanyly bezpečnostní s portem a s křídélky

- pevný, neohebný zavaděč s ostrým hrotem k minimalizaci punkčního traumatu
- hladký povrch po celé délce
- manipulace a punkce jednou rukou
- tenkostěnná
- uzávěr se závitem
- pasivní bezpečnostní prvek nelze obejít nesprávnou manipulací
- snadná penetrace kůže a žilní stěny
- tlaková odolnost katetru odpovídající průsvitu kanyly
- bezftalátové
- délka - tolerance +/-10%
- poddajná formovatelná křídélka nezpůsobující otlaky
- křídélka umožňující bezpečnou fixaci
- port s jednocestným ventilem pro aplikaci injekce
- snadná prostupnost aplikované látky přes ventil portu
- kanyla musí být při použití odolná proti zalomení a musí být zachována průchodnost kanyly
- RTG označení – kontrastní značky viditelné na těle kanyly pod rentgenem
- větší rozsah úhlů pro kanylaci
- transparentní zpětná komora

### 3.3. Požadovaná minimální záruční doba, expirace

Minimální záruční doba u dodaného zboží do konce expirace: 6 měsíců

Doba použitelnosti od okamžiku odevzdání předmětu plnění na jednotlivá pracoviště musí činit nejméně 6 měsíců.

### 3.4. Další požadavky

- **na dodání zboží**

Skutečný odběr dodávek na základě spotřeby zadavatele bude dán jeho jednotlivými dílčími objednávkami. Součástí dodávek je dodání zboží na jednotlivá pracoviště zadavatele ve vhodném balení s ohledem na příslušné množství, dále doprava do jednotlivých pracovišť zadavatele a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro jeho použití.

- **na balení zboží:**

Sklady Pardubické nemocnice/Kyjevská 44, 532 03 Pardubice/ a Chrudimské nemocnice /Václavská 570, 537 27 Chrudim/ vyžadují od dodavatele, při dodávce do centrálního skladu, zajistit balení zboží dle jednotlivých nákladových středisek a musí být označené názvem odd., číslem nákladového střediska a obsahovat 2 ks dodacího listu. Počet nákladových středisek je cca 100.

- **na zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě v požadovaných formátech:**

Zadavatel preferuje zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě ve formátech DL6, DOD – verze minimálně 8, pro faktury dále formát ISDOC. vč. aktualizace dle technického vývoje jednotlivých formátů či změn v legislativě.

- **na dodání vzorků**

Zadavatel požaduje dodání vzorků a současně popisů nebo fotografií (prospektů) zboží určeného k dodání k ověření splnění závazných charakteristik a požadavků. Počet požadovaných vzorků je pro příslušnou položku uveden níže.

## 4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Cena sjednaná ve smlouvě je **1 177 062,50,- Kč bez DPH (1 424 245,63,- Kč včetně DPH)**.

## 5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

## 6. Označení účastníků zadávacího řízení

Název účastníka	Sídlo společnosti	IČO	Právní forma
Perfect Distribution a.s.	U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov	47675934	akciová společnost
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.	Juárezova 1071/17, 160 00 Bubeneč – Praha 6	25099019	akciová společnost
B. Braun Medical s.r.o.	V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4	48586285	společnost s ručením omezeným
Distrimed s.r.o.	Havlíčková 190/12, 737 01 Český Těšín	27370046	společnost s ručením omezeným
Mediform, spol. s.r.o.	Olšová 1, 637 00 Brno	49976770	společnost s ručením omezeným

## 7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

## 8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma dodavatele	Sídlo společnosti	IČO	Právní forma
Distrimed s.r.o.	Havlíčková 190/12, 737 01 Český Těšín	27370046	společnost s ručením omezeným

### Způsob hodnocení nabídek

Pořadí nabídek bylo sestaveno podle výše nabídkové ceny bez DPH tak, že na prvním místě byla nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou. Výsledkem hodnocení je postup nabídky s nejnižší nabídkovou cenou do fáze posouzení, kterou hodnotící komise posoudila z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

### Váha kritéria

Vzhledem ke zvolenému kritériu je jeho váha 100 %.

V rámci zadávacího řízení byly podány 5 nabídek.

Výsledné pořadí nabídek:

Pořadí nabídek	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	Distrimed s.r.o.	Havlíčková 190/12, 737 01 Český Těšín	27370046	1 177 062,50
2.	Mediform, spol. s.r.o.	Olšová 1, 637 00 Brno	49976770	1 234 325,00
3.	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.	Juárezova 1071/17, 160 00 Bubeneč – Praha 6	25099019	1 463 790,00
4.	B. Braun Medical s.r.o.	V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4	48586285	1 552 675,00
5.	Perfect Distribution a.s.	U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov	47675934	1 618 945,00

Nabídka účastníka Distrimed s.r.o. splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

## 9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

**10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem**

Nepoužito.

**11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Nepoužito.

**12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Nepoužito.

**13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému**

Nezrušeno.

**14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Nepoužito.

**15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření**

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

**16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části**

Povaha předmětu plnění nevyžaduje dělení veřejné zakázky na části.

**17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ**

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.