

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

### 1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

#### **Echokardiografické a jícnové sondy**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

### 2. Označení zadavatele

**Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

### 3. Předmět veřejné zakázky

#### **Popis předmětu plnění veřejné zakázky**

**Předmětem plnění veřejné zakázky je** dodávka dvou echokardiografických sond a jícnové sondy pro kardiologické oddělení Pardubické nemocnice, v souladu s medicínským účelem a s ostatními podmínkami této zadávací dokumentace a dle technické specifikace uvedené **v příloze č. 2** této zadávací dokumentace **Technické podmínky**, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.

**Zdravotnické prostředky musí splňovat zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích).**

Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního přístrojového vybavení včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu podle zákona o zdravotnických prostředcích.

#### **Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:**

- zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
- instalace všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce položek dodávky pořizovaných přístrojů podmíněna takovým připojením)
- uvedení všech položek dodávky do plného provozu,

- dodání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení všech položek dodávky do plného provozu, splnění všech závazných podmínek předepsaných platnou legislativou k řádnému a nerušenému nakládání a užívání předmětu plnění příslušné části veřejné zakázky,
  - o Dodání návodu k použití v ČJ.
  - o Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.
  - o Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.
  - o Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného přístroje.
  - o Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou ve vztahu k plnění předmětu veřejné zakázky.
  - o Doklad prokazující shodu (Prohlášení o shodě) v papírové i elektronické verzi.
- likvidace obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění.

### **Předmět plnění veřejné zakázky dále zahrnuje záruku za jakost**

Záruka za jakost spočívá v tom, že dodané přístrojové vybavení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty včetně příslušenství, budou po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.

Zadavatel požaduje **záruční lhůtu v délce min. 24 měsíců**. Záruční servis pro záruku za jakost bude poskytován bezplatně a obsahuje:

- bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů bezpečnostně technických kontrol, validací, kalibrací, servisních a preventivních prohlídek v souladu zákonem o zdravotnických prostředcích a v záruční době u ostatního zařízení bezplatné provádění pravidelných revizí / prohlídek / validací / kalibrací / zkoušek dlouhodobé stability/ servisních a preventivních prohlídek v požadovaném intervalu, pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měnění náhradních dílů a případný update software, vše včetně vystavení protokolu, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.
- bezplatné záruční opravy a odstranění závad, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
- veškeré servisní činnosti musí být provedeny v co nejkratším termínu kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou vyškoleni výrobcem a vlastní certifikáty vydané výrobcem dle platných předpisů a norem,
- po provedení opravy nebo odstranění závad u zdravotnické techniky při pravidelných servisních úkonech poskytovatel servisních služeb dodá veškerá zejména veřejnoprávní rozhodnutí, povolení, doklad prokazující shodu, zaškolení zdravotnického personálu včetně vyhotovení zápisu a ostatní nezbytné doklady v souladu s platnou legislativou potřebné pro bezpečné používání zdravotnické techniky při poskytování zdravotní péče.
- poskytovatel servisních služeb nese odpovědnost v rámci předmětu plnění veřejné zakázky za řádné provedení servisních služeb.
- v případě škody způsobené třetí osobě dodanou zdravotnickou technikou v důsledku závady v provedeném servisním úkonu nebo v provedené opravě dle objednávky opravy, hradí veškerou škodu způsobenou třetí osobě poskytovatel servisních služeb ze sjednaného pojištění.

Veškeré požadavky na záruku za jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy. Záruční servis pro záruku za jakost bude dodavatel provádět bezplatně.

Veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

#### **Položka veřejné zakázky:**

<b>Položka veřejné zakázky</b>	<b>Počet kusů</b>	<b>Místo plnění</b>
<b>Echokardiografická sonda I</b>	<b>1</b>	Nemocnice Pardubického kraje, a.s., pracoviště Pardubická nemocnice, kardiologické oddělení
<b>Echokardiografická sonda II</b>	<b>1</b>	
<b>Jícnová sonda</b>	<b>1</b>	

Poskytnutím záruky se dodavatel zavazuje, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti.

#### **4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ**

Celková cena bez DPH:	1 130 000,- Kč
Celková cena včetně DPH:	1 367 300,- Kč

#### **5. Druh zadávacího řízení**

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

#### **6. Označení účastníků zadávacího řízení**

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Právní forma
1	S & T Plus s.r.o.	Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4	25701576	Společnost s ručením omezeným

#### **7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení**

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

#### **8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru**

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH

S & T Plus s.r.o.	Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4	25701576	1 130 000,-
-------------------	--	----------	-------------

**Odůvodnění:**

Základním hodnotícím kritériem je dle ust. § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky, a to podle celkové nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH za předmět plnění zakázky. Komise neprováděla hodnocení nabídek srovnáním hodnot hodnocených nabídek, neboť v zadávacím řízení je pouze jediný účastník.

**9. Označení poddodavatele/ů**

Nejsou žádní poddodavatelé.

**10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem**

Nepoužito.

**11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Nepoužito.

**12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Nepoužito.

**13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému**

Nezrušeno.

**14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Nepoužito.

**15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření**

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

**16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části**

Povaha předmětu plnění nevyžaduje dělení veřejné zakázky na části.

**17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3  
ZZVZ**

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.