



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Infuzní technika

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 25. 1. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v technické specifikaci příloha č.2 VZ pro infuzní pumpy a lineární dávkovače splnění parametru: „*Nastavení parametru prostřednictvím tlačítek (**membránová klávesnice**)*“.

Účastník by rád nabídnul infuzní techniku s technologií inteligentního plnohodnotného dotykového ovládání prostřednictvím kapacitního, barevného, dotykového displeje s úhlopříčkou min. 3,5 palců, nebo min. 7 palců s intuitivním uživatelským rozhraním, které podporuje jednoduché používání tak, že zobrazuje důležité parametry v elegantním rozvržení. Tento způsob ovládání techniky je pro pacienta i obsluhující personál bezpečný a velmi uživatelsky přívětivý a nijak negativně neovlivňuje medicínský účel, pro který je infuzní technika pořizována.

Účastník by tak rád nabídnul zadavateli mnohem vyspělejší technologii ovládání, než je ta prostřednictvím fóliové klávesnice, která je v současnosti již zastaralá.

Umožní zadavatel nabídnout uchazeči infuzní techniku s plnohodnotným ovládáním pomocí dotykového displeje?

Odpověď

Zadavatel trvá na původním znění požadavku z důvodu osvědčení této technologie s ohledem na dlouhodobou využitelnost v praxi a na pracovištích intenzivní medicíny.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje v technické specifikaci příloha č.2 VZ pro infuzní pumpy a lineární dávkovače splnění parametru: „*Možnost použití přístroje bez přerušení infuzní terapie v prostředí MRI (při umístění do speciálně odstíněné dokovací stanice)*“

Možnost použití v MRI prostředí účastník splní při použití stanice chránící infuzní pumpu tzv. MRI box. Výrobce deklaruje, že takový box bude k dispozici ve druhé polovině roku 2022. Účastník má za to, že nabídkou, kde její součástí bude také deklarace výrobce infuzní techniky o dostupnosti MRI boxu ve druhé polovině roku 2022, splní tento požadavek zadavatele.

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka vč. deklarace výrobce v této věci?

Odpověď

Zadavatel navrhované řešení uchazeče nebude akceptovat z důvodu plánovaného otevírání centrálního urgentního příjmu v dubnu 2022 a požadavku na co nejrychlejší dodání kompletní infuzní techniky na pracoviště.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.