



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Infuzní technika

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 4. 2. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v technické specifikaci příloha č.2 VZ splnění parametru: „Nastavení parametru prostřednictvím tlačítek (membránová klávesnice)“.

Moderní zdravotnické přístroje využívají kombinované ovládání pomocí průmyslových medical grade dotykových displejů a membránové klávesnice z důvodu ergonomických a bezpečnostních benefitů.

Zadání a změna rychlosti dávkování na dotykovém displeji je výrazně rychlejší než na čistě membránové klávesnici, což je v prostředí urgentního příjmu medicínsky významný parametr. Dotykové medical grade displeje je možné bezpečně ovládat ve zdravotnických rukavicích a v intenzivním provozu jsou dlouhodobě osvědčené.

Uchazečem nabízená infuzní technika navíc umožňuje automatické předprogramování dávkování pomocí čtečky čárových kódů. V tomto režimu, který je jednoznačně budoucností infuzní techniky, není nutné zadávat infuzní parametry ručně.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat ovládání pomocí kombinovaného 3" barevného dotykového medical grade displeje pro nastavení parametrů a podsvětlených tlačítek pro zapnutí/vypnutí přístroje, zobrazení základní obrazovky a otevírání automatických dvířek?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče pouze za předpokladu, že bude zachována jasná viditelnost a ovládání fyzických tlačítek při práci v nočním režimu.

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.