



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

**Název veřejné zakázky:**

### Staplery

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**Režim veřejné zakázky:** zjednodušené podlimitní řízení

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 25. 2. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 resp., § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

#### Dotaz č. 1

Zadavatel v části 5 Veřejné zakázky – „Hemeroidální stapler“ v technických požadavcích uvádí: „Součástí balení cirkulárního stapleru pro operaci hemoroidů je transparentní anoskop...“

Naše společnost dodává již více než 10 let na náš trh hemoroidální staplery s bílým anoskopem, a to na přání samotných lékařů kvůli lepší viditelnosti. Jsou dokonce úspěšně používány i na samotném pracovišti zadavatele.

Dotaz: **Bude zadavatel akceptovat nabídku hemoroidálního stapleru, kde součástí balení bude bílý anoskop?**

#### Odpověď

**Zadavatel bude akceptovat anoskop v bílé barvě, který je součástí balení hemoroidálního stapleru.**

#### Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci části 1. uvádíte, že požadujete lineární staplery ve velikosti 30 mm, 45 mm, 60 mm a 90 mm a u všech těchto velikostí požadujete dvě výšky svorek, a to pro standartní/modrá/ i silnou/zelená/ tkáň. V příloze dílčí specifikace ceny pro část 1. už toto rozdělení není, není zde prostor pro jednotlivá katalogová čísla a zároveň prostor pro udání ceny.

Jak má být zapsáno katalogové číslo u jednotlivých výšek svorek a jak má být vyjádřena cena?

#### Odpověď

**Zadavatel předpokládá dle zkušeností stejnou cenu u obou výšek svorek pro daný ZP v obou částech VZ a do kolonky „katalogové číslo“ může účastník uvést katalogová čísla obou produktů za sebou oddělená čárkou nebo středníkem.**

#### Dotaz č. 3

V zadávací dokumentaci části 2. uvádíte, že požadujete lineární katry ve velikosti 55-60 mm, 75-80 mm a u těchto velikostí požadujete dvě výšky svorek, a to pro standartní/modrá/ i silnou/zelená/ tkáň. V příloze dílčí specifikace ceny pro část 2. už toto rozdělení není, není zde prostor pro jednotlivá katalogová čísla a zároveň prostor pro udání ceny.

Jak má být zapsáno katalogové číslo u jednotlivých výšek svorek a jak má být vyjádřena cena?

### Odpoř

**Zadavatel předpokládá dle zkušeností stejnou cenu u obou výšek svorek pro daný ZP v obou částech VZ a do kolonky „katalogové číslo “ může účastník uvést katalogová čísla obou produktů za sebou oddělená čárkou nebo středníkem.**

### Dotaz č. 4

Vážení,

na základě § 98 zákona č. 134/2016, zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) a v návaznosti na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Stapler**“, vyhlášené zadavatelem: **Nemocnice Pardubického kraje a.s., se sídlem Kyjevská 44, 532 04 Pardubice** dne: 14. 2. 2022, si Vás dovoluujeme zdvořile požádat o Vysvětlení zadávací dokumentace, konkrétně Vás žádáme o odpověď na následující dotaz:

Dotaz k části 1:

1) Zadavatel uvádí v bodě 2.2 Zadávací dokumentace – Rozdělení veřejné zakázky na části, ve výčtu položek pro 1. část VZ – „Lineární stapler“ mimo jiné požadavek na Lineární stapler velikost 90 mm 2 ks a Zásobník k lineárnímu stapleru – velikost 90 mm 12ks.

Uchazeč může nabídnout Lineární staplery ve velikostech 30 mm a 60 mm. Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje pouze 2 ks Lineárních staplerů ve velikosti 90 mm, které se využívají velice ojediněle, uchazeč může nabídnout místo lineárních staplerů a zásobníků 90mm pro tyto výjimečné případy využití Lineárního stapleru 60mm + Lineárního stapleru 30 mm.

**Bude zadavatel akceptovat nabídku lineárních staplerů ve které pro velikost 90 mm uchazeč nabídne společné využití staplerů 30 mm a 60 mm, s přihlédnutím k tomu, že požaduje pouze 2 ks lineárních staplerů velikosti 90 mm?**

### Odpoř

**Zadavatel nepřipouští změnu a trvá na zadaných parametrech. Požadované ZP a spotřební materiál jsou v tomto provedení na trhu běžně dostupné.**

### Dotaz č. 5

Dotaz k části 3:

1) Zadavatel uvádí v bodě 2.2 Zadávací dokumentace – Rozdělení veřejné zakázky na části, ve výčtu položek pro 3. část VZ – „Endoskopický stapler s nožem (endokatr)“ mimo jiné požadavek na Endoskopický stapler s nožem – velikost 30mm a zásobník k ednostapleru 30mm pro všechny druhy tkáně.

Uchazeč může nabídnout Endoskopický stapler s nožem (endokatr) ve velikosti 35 mm a zásobníky ve velikosti 35 mm pouze pro vaskulární tkáň.

Bude zadavatel akceptovat nabídku Endoskopických staplerů s nožem (endokatr) ve velikosti 35 mm a zásobníky ve velikosti 35 mm pouze pro vaskulární tkáň, s ohledem na fakt, že v klinické praxi se endoskopické staplery ve velikosti 30 – 35 využívají právě pro vaskulární tkáň?

### Odpoř

**Zadavatel nepřipouští změnu a trvá na zadaných parametrech. Požadované ZP a spotřební materiál jsou v tomto provedení na trhu běžně dostupné.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 3. 2022 do 10:00 hodin.**