



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Název veřejné zakázky:

Infuzní technika

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 14. 3. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon“) zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce vedené pod názvem „Infuzní technika“.

Dotaz č. 1:

V technických požadavcích na poptávané přístroje v rámci veřejné zakázky Infuzní technika Zadavatel uvádí požadavek způsob ovládání a nastavování přístroje: Nastavení parametru prostřednictvím tlačítek (membránová klávesnice).

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 25.1.2022 k veřejné zakázce Infuzní technika v odpovědi na Dotaz č. 1 odpověděl Zadavatel stejně jako ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 5.3.2022 k veřejné zakázce Infuzní technika v odpovědi na Dotaz č. 1 a tím potvrdil, že požaduje nastavování parametrů infuze prostřednictvím membránových tlačítek, nikoliv dotykovým displejem.

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 3.2.2022 k veřejné zakázce Infuzní technika Zadavatel v odpovědi na Dotaz č.3 uvádí:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Z výše uvedeného vyplývá, že bude zadavatel požadovat dávkovače/pumpy, kde slouží k nastavení parametrů infuze pouze membránová tlačítka a ta budou dostatečně osvětlena displejem, který neslouží k nastavení parametrů infuze, nýbrž pouze zobrazuje nastavené parametry infuze.

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 5.3.2022 k veřejné zakázce Infuzní technika Zadavatel v odpovědi na Dotaz č. 2 uvádí: Zadavatel požaduje podsvětlení tlačítek, aby je bylo možné spolehlivě používat i při nedostatečném osvětlení místnosti

Mohl by tedy Zadavatel potvrdit, že platí odpověď na dotaz č.3 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 3.2.2022 k veřejné zakázce Infuzní technika a tedy, že zadavatel přijme, jak již jednou potvrdil, nabízené řešení uchazeče s dostatečně osvětlenými membránovými tlačítky sloužícími k nastavování parametrů infuze a zajišťují tak bezpečné nastavení parametrů infuze i při práci v noci, přičemž intenzita jasu displeje (displej není

dotykový) je nastavitelná podobně jako je nastavitelná intenzita jasu ovládacích tlačítek u některého jiného uchazeče?

Odpověď

Zadavatel aktualizoval zadávací dokumentaci včetně technických podmínek. Upravená zadávací dokumentace je uveřejněna v oddíle zadávací dokumentace a současně je přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.