



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Název veřejné zakázky:

Infuzní technika

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 18. 3. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Ze zadávací dokumentace zadavatele je zřejmé, že zadavatel předpokládá u přístrojů životnost deset let používání. To vyplývá z nacenění pozáručního servisu i z kalkulace dodávek spotřebního materiálu – infuzních setů, kde je uvedeno, že začíná od prvního dne po dodání a protokolárním převzetí infuzní techniky a potrvá po dobu 10 let.

Domnívá se uchazeč správně, že bude zadavatel požadovat nacenění licence monitoračního systému infuzní techniky taktéž na dobu provozu 10 let? Je to důležité upřesnit pro spočítání přesné ceny, kterou bude uchazeč zadavateli nabízet.

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že domněnka účastníka není správná. Zadavatel aktuálně požaduje pouze „Možnost budoucího rozšíření o 2x Centrální monitoraci – hardware a software pro komplexní přehled stavu infuzí na oddělení (1x ARO a 1x JIP)“.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.