



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky: Svítlidla

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 25. 3. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Prosím o zodpovězení následujících dotazů:

Stropní vyšetřovací svítidlo – typ I – 14 ks

1) Index podání barev Ra minimálně 98.

Může uchazeč nabídnout hodnotu Ra indexu 97?

Stropní vyšetřovací svítidlo – typ II – 29 ks

1) Index podání barev Ra9 minimálně 98.

Může uchazeč nabídnout hodnotu Ra indexu 96?

Nástěnné svítidlo – 11 ks

1) Index podání barev Ra minimálně 98.

Může uchazeč nabídnout hodnotu Ra indexu 97?

Mobilní vyšetřovací svítidlo – 6ks

1) Index podání barev Ra minimálně 98.

Může uchazeč nabídnout hodnotu Ra indexu 97?

Operační svítidlo se 2-mi zdroji – 11ks

1) Hloubka osvětlení L1/L2 při 20% min.1000mm

Může uchazeč nabídnout hodnotu min.950mm?

2) Index podání barev Ra ≥ 98 ; R9 ≥ 98

Může uchazeč nabídnout index podání barev Ra 96?

Může uchazeč nabídnout index R9 97?

Parametry full HD kamery

1) Clona F 1,8 – 3,4

Může uchazeč nabídnout clonu v rozmezí 1,8 – 2,9



Odpověď

Stropní vyšetřovací svítidlo – typ I – 14 ks

1) Index podání barev Ra minimálně 98.

Může uchazeč nabídnout hodnotu Ra indexu 97?

Zadavatel akceptuje hodnotu Ra indexu 97.

Stropní vyšetřovací svítidlo – typ II – 29 ks

1) Index podání barev Ra9 minimálně 98.

Může uchazeč nabídnout hodnotu Ra indexu 96?

Zadavatel akceptuje hodnotu Ra indexu 96.

Nástěnné svítidlo – 11 ks

1) Index podání barev Ra minimálně 98.

Může uchazeč nabídnout hodnotu Ra indexu 97?

Zadavatel akceptuje hodnotu Ra indexu 97.

Mobilní vyšetřovací svítidlo – 6ks

1) Index podání barev Ra minimálně 98.

Může uchazeč nabídnout hodnotu Ra indexu 97?

Zadavatel akceptuje hodnotu Ra indexu 97.

Operační svítidlo se 2-mi zdroji – 11ks

1) Hloubka osvětlení L1/L2 při 20% min.1000mm

Může uchazeč nabídnout hodnotu min.950mm?

Zadavatel akceptuje hodnotu min. 950mm.

2) Index podání barev Ra ≥ 98 ; R9 ≥ 98

Může uchazeč nabídnout index podání barev Ra 96?

Může uchazeč nabídnout index R9 97?

Zadavatel akceptuje index podání barev Ra 96.

Zadavatel akceptuje index podání barev Ra9 97.

Parametry full HD kamery

1) Clona F 1,8 – 3,4

Může uchazeč nabídnout clonu v rozmezí 1,8 – 2,9

Zadavatel akceptuje clonu v rozmezí 1,8 – 2,9.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26. 4. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha: OPRAVA Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.