



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Defibrilátory

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 30. 3. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Aktuální znění textu v Kupní smlouvě čl. VI. odst. 7:

Prodávající je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

Vzhledem k charakteru dodávaného zboží je třeba reklamovanou vadu řešit s výrobcem a z tohoto důvodu není uchazeč schopný garantovat lhůtu uznání či neuznání reklamace do 3 dnů. Bude zadavatel akceptovat lhůtu 14 dnů?

Odpověď

Zadavatel trvá na původním znění textu v Kupní smlouvě.

Dotaz č. 2

Aktuální znění textu v Kupní smlouvě čl. VI. odst. 8:

Prodávající vždy musí kupujícímu písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) s tím, že reakční doba je do 24 hodin od nahlášení vady a doba nástupu na opravu do 48 hodin od nahlášení vady. Nastoupit k odstranění vady v těchto termínech je prodávající povinen bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává.

Dodržení podmínek v odst. 8 čl. VI. Kupní smlouvy by vyžadovalo zavedení pohotovosti a zvýšilo by náklady na plnění této smlouvy. Ve snaze o úspory a zároveň o udržení bezproblémového chodu oddělení, navrhuje uchazeč doplnění textu: „v pracovních dnech“.

Uchazečem navrhované znění textu:

Prodávající vždy musí kupujícímu písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) s tím, že reakční doba je do 1 pracovního dne od nahlášení vady a doba nástupu na opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení vady. Nastoupit k odstranění vady v těchto termínech je prodávající povinen bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává.



Odpověď

Zadavatel trvá na původním znění textu v Kupní smlouvě.

Dotaz č. 3

Aktuální znění textu v Kupní smlouvě čl. VI. odst. 10:

Nenastoupí-li prodávající k odstranění vady do 3 kalendářních dnů od obdržení reklamace, považují to obě strany za podstatné porušení smlouvy a kupující (uživatel) může odstranění vady zajistit u jiné odborné osoby na náklady prodávajícího.

Dodržení podmínky v odst. 10 čl. VI. Kupní smlouvy by vyžadovalo zavedení pohotovostí a zvýšilo by náklady na plnění této smlouvy. Ve snaze o úspory uchazeč navrhuje doplnění textu: „v pracovních dnech“ a dále navrhuje odstranit text: „považují to obě strany za podstatné porušení smlouvy“.

Uchazečem navrhované znění textu:

Nenastoupí-li prodávající k odstranění vady do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace, kupující (uživatel) může odstranění vady zajistit u jiné odborné osoby na náklady prodávajícího.

Odpověď

Zadavatel trvá na původním znění textu v kupní smlouvě.

Dotaz č. 4

Aktuální znění textu v Technických parametrech Automatický defibrilátor – 9 ks

min. 3" TFL displej, barevné animace pro jasné a srozumitelné vedení resuscitace

Bude zadavatel akceptovat řešení s monochromatickým 3" TFT displejem, samozřejmě při zachování animací pro jasné a srozumitelné vedení resuscitace?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení účastníka.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 5. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:

OPRAVA Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky.docx

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.