



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Defibrilátory

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 4. 4. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V Příloze č. 2 Technické podmínky část A (Defibrilátor s monitorem I typ) požadujete: *měření minimálně 6ti svodového EKG, SpO2, **respírace**, analýza arytmí, detekce pulzů kardiostimulátoru.*

Nabízíme defibrilátor s měřením 6svodového EKG, SpO2, analýzou arytmí a detekcí pulsů. Splníme nabídkou takového defibrilátoru Vámi požadovanou technickou specifikaci?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče, monitorace impedanční metodou patří k bazálním měřeným parametrům.

Dotaz č. 2

V Příloze č. 2 Technické podmínky část A (Defibrilátor s monitorem I typ) požadujete: *napájení přístroje ze sítě 230 V a záložní baterie, která je součástí přístroje*

Nabízíme nový typ defibrilátoru se **zabudovanou dobíjitelnou baterií**. Na monitoru defibrilátoru se zobrazuje stav nabití baterie v procentech, zbývající doba provozu v hodinách a minutách a také počet výbojů s max. energií, které je možné ještě dodat. Baterie má kapacitu na 8 hodin provozu nebo 250 výbojů s maximální energií. Splníme nabídkou takového defibrilátoru Vámi požadovanou technickou specifikaci?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.



Dotaz č. 3

V Příloze č. 2 Technické podmínky část A (Defibrilátor s monitorem II typ) požadujete: *kapacita baterie min. 200 výbojů při 270 J*

Nabízíme defibrilátor, který je nabíjen dvěma nezávislými bateriemi. Každou baterii lze kdykoli vyměnit za novou, plně nabitou. Kapacitu jedné baterie výrobce uvádí na 100 výbojů s energií 150 Joule, nebo 4,5 hodin monitorování. Splníme požadovanou technickou specifikaci, když nabídneme defibrilátor se třemi bateriemi, tj. celkovou kapacitou 300 výbojů s energií 150 Joule, resp. 13,5 hodin monitorování?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat navrhované nestandardní řešení uchazeče.

Dotaz č. 4

V Příloze č. 2 Technické podmínky část A (Defibrilátor s monitorem II typ) požadujete: *měření srdeční frekvence s minimálním rozsahem 20 až 300 BPM a rozlišením 1BPM*

Nabízíme defibrilátor s měřením srdeční frekvence v rozsahu 15 – 300 BPM s rozlišením 2 BPM. Splníme nabídkou takového defibrilátoru Vámi požadovanou technickou specifikaci?

Odpověď

Zadavatel trvá na rozlišení 1 BPM a nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče, které by snížilo přesnost a bezpečnost monitorace v poskytované intenzivní péči.

Dotaz č. 5

V Příloze č. 2 Technické podmínky část A (Automatický defibrilátor) požadujete: *automatické nastavení velikosti výboje*

Prosíme o vysvětlení tohoto požadavku. Jak a dle jakých parametrů má defibrilátor automaticky nastavovat velikost výboje?

Odpověď

Zadavatel nevyžaduje specifické nebo jednotné řešení pro automatické nastavení velikosti výboje.

Zadavatel požaduje, aby byla velikost výboje určena automaticky, bez nastavení konkrétní hodnoty obsluhou, a to v rámci použití integrované funkce AED.

Dotaz č. 6

Defibrilátory – CPV kod 33182100-0

S odvoláním se na Vaší výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem "

Defibrilátory – CPV kod 33182100-0" a související zadávací dokumentací, respektive specifikací minimálních technických parametrů a projektovou dokumentací žádáme o vyjádření zadavatele k níže specifikovaným dodatečným dotazům souvisejícím s touto veřejnou zakázkou.



Dotaz:

Zadavatel v Příloze č. 2 Specifikace předmětu plnění (zboží), v části Defibrilátor s monitorem (II typu) – 10 ks požaduje: velikost displeje min. 8,4"

Bude zadavatel tolerovat velikost barevného displeje 6,5" s HD rozlišením, možností konfigurace údajů na obrazovce a kvalitní viditelností z boku i za ztížených pomínek viditelnosti?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče. U tohoto typu defibrilátoru je monitorováno více parametrů a snížení velikosti úhlopříčky o cca 5 cm by došlo ke značnému snížení přehlednosti sledovaných údajů, což by mohlo vést v kritických provozních podmínkách ke zvýšení chybovosti obsluhy a tímto důsledku ke snížení bezpečnosti poskytované zdravotní péče.

Dotaz č. 7

Dotaz:

Zadavatel v Příloze č. 2 Specifikace předmětu plnění (zboží), v části Defibrilátor s monitorem (II typu) – 10 ks požaduje: měření srdeční frekvence s minimálním rozsahem 20 až 300 BPM a rozlišením 1BPM

Bude zadavatel tolerovat měření tepové frekvence v rozsahu 25 – 240 BPM?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče. Frekvence 300 BPM je dnes vnímána jako standardní horní hranice měření srdeční frekvence.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 5. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:

OPRAVA II Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky.docx

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.