



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	Svítlidla
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Režim veřejné zakázky:	nadlimitní
Předmět veřejné zakázky:	dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 5. 4. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

1. Zadavatel v technické specifikaci upravené v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 požaduje:

- Stropní vyšetřovací svítidlo (typ I) – Index podání barev Ra ≥ 97
- Stropní vyšetřovací svítidlo (typ II) – Index podání barev Ra ≥ 96
- Nástěnné svítidlo – Index podání barev Ra ≥ 97
- Mobilní vyšetřovací svítidlo – Index podání barev Ra ≥ 97

Bude zadavatel akceptovat jednotnou nabídku modelů vyšetřovacích svítidel v různých variantách (stropní typ I, stropní typ II, nástěnné a mobilní), které nabízí jednotnou svítivost vyšší než 100 000 Lux a vysoký Index podání barev Ra ≥ 96 při splnění ostatních požadavků uvedených v technické specifikaci a zachování požadovaného medicinského účelu?

Odpověď

- Stropní vyšetřovací svítidlo (typ I) – Index podání barev Ra ≥ 97
Zadavatel akceptuje hodnotu Ra indexu 96.
- Stropní vyšetřovací svítidlo (typ II) – Index podání barev Ra ≥ 96
Zadavatel akceptuje hodnotu Ra indexu 96.
- Nástěnné svítidlo – Index podání barev Ra ≥ 97
Zadavatel akceptuje hodnotu Ra indexu 96.
- Mobilní vyšetřovací svítidlo – Index podání barev Ra ≥ 97
Zadavatel akceptuje hodnotu Ra indexu 96.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 5. 2022 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Příloha: OPRAVA_2 Příloha č. 2 ZD – Technické podmínky