



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Překládové zařízení

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 5. 4. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Zasílám žádost o vysvětlení k Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 1:

Dotaz č. 1

Požadováno - výškové nastavení v rozsahu 570 až 1070 mm.

Dotaz 1)

Bude zadavatel akceptovat výškové nastavení v rozsahu 655 – 1030 mm?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 2

Požadováno - verze pro lůžka s čistou vnitřní délkou ≥ 1930 mm.

Dotaz 2)

Bude zadavatel akceptovat vnitřní čistou délku 1880 mm?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 3

Požadováno - nosnost 225 kg

Dotaz 3)

Bude zadavatel akceptovat nosnost 180 kg?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 4

Požadováno - zařízení je vybaveno snímači, snímajícími pozici lůžka (mechanické nebo infračervené sensory) a operačního stolu a jejich výšku a podle toho nastaví překládací desku do



potřebné pozice

Dotaz 4)

U našeho zařízení jsou senzory proti poškození připraveného lůžka nebo vozíku s operační deskou na obou stranách pro bezpečnou manipulaci se zdvihem. Tyto senzory však nenastavují překládací desku automaticky do potřebné pozice.

Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhané řešení uchazeče.

Dotaz č. 5

Požadováno - zařízení je vybaveno optoelektronickými snímači polohy pacienta, které fungují jako „závora“ - zařízení neumožňuje přesun pacienta v případě, že na straně, kam je posouván není lůžko nebo operační stůl

Dotaz 5)

Ano, závora s optoelektrickými senzory máme, ale funkce je taková, že po přesunu pacienta z jedné strany překládací stěny na druhou stranu se automaticky pás zastaví. Obsluha na druhé straně dále pomocí dálkového ovladače přesune pacienta na lůžko nebo operační desku. Nemůže tedy dojít k pádu pacienta, pokud by tam nebylo připravené lůžko nebo operační deska.

Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhané řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 5. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:

OPRAVA Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 1.docx

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.