



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Skiagrafický RTG přístroj pro Pardubickou nemocnici

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 5. 4. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD – Technické podmínky v 5. části – Stacionární, motoricky výškově nastavitelný vyšetřovací stůl s plovoucí deskou s minimální absorpcí záření požaduje:

konstrukce stolu na dvou nohách s volnou středovou částí

Zadavatelem požadovanou hodnotu, konstrukci stolu na dvou nohách s volnou středovou částí, námi dodávaný systém nesplňuje.

Bude zadavatel akceptovat zařízení špičkové kvality, které splňuje všechny ostatní technické parametry a jehož výrobce má v oblasti radiodiagnostiky dlouholeté zkušenosti, s konstrukcí stolu, jež nemá volnou středovou část?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení účastníka.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 5. 2022 do 10:00 hodin.

OPRAVA Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky.docx

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.